

**Ur.broj: 01-2626/5/2019.  
Čakovec, 02.10.2019.**

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA  
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**1. NAZIV I OIB NARUČITELJA:**

Županijska bolnica Čakovec  
I.G.Kovačića 1e  
40000 Čakovec  
OIB: 83506206752

**2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:**

VN-09/19

**3. PREDMET NABAVE:**

Nabava medicinske opreme br. 6

**4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:**

06.09.2019.

**5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:**

12.09.2019.

U nastavku se navode prijedlozi i primjedbe zaprimljeni od zainteresiranih gospodarskih subjekata te odgovori Naručitelja.

• **GRUPA 4 PREDMETA NABAVE: Operacijski stol ginekološki**

1. Ponuditelj traži za stavku 1.4.5. „Širina površine stola min. 550 mm“ da se promijeni u: „Širina površine stola min. 540mm“.

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća traženo.

2. Ponuditelj traži za stavku 1.6. „Raspon prilagodbe visine u minimalnom rasponu od 680 mm do 1180 mm“ da se promijeni u: „Raspon prilagodbe visine u minimalnom rasponu od 680-690 mm do 1050-1180 mm“.

**ODGOVOR:**

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća jer je potrebna visina radi ergonomije operatera.

3. Ponuditelj traži za stavku 1.12. „Elektro-hidraulični nagib dijela za noge minimalno u rasponu od -90° do +70°“ da se briše iz troškovnika.

**ODGOVOR:**

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća, jer je potrebno podešavanje u tijeku operacije.

4. Ponuditelj traži za stavku 1.19. „Rad na baterije, minimalno 2 para (1. par glavni, 2. par pomoćni, za oko 100 operacija) da se promijeni u: „Akumulatorska baterija koja se može puniti. Kapacitet baterije: za rad 1 tjedan. Punjač baterije ugrađen u bazu OP stola.“

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća traženo.

• **GRUPA 5. PREDMETA NABAVE: Operacijski stol za ortopediju**

3. Ponuditelj traži za stavku 1.2. „Mobilna, stabilna baza operacijskog stola ima priključak za izjednačavanje potencijala i sastoji se od minimalno 4 elektroprovodljiva dvostruka kotača promjera minimalno 150 mm, mogućnost elektronske blokade sva četiri kotača. Baza operacijskog stola, oklop, nosači ploče stola, zglobne veze stola izrađene su u potpunosti od nehrđajućeg čelika. Y oblik baze stola sa izrezom, prostor ispod baze stola dostupan za stopala operatera za optimalan pristup“ da se promijeni u:

„Mobilna, stabilna baza operacijskog stola ima priključak za izjednačavanje potencijala i sastoji se od minimalno 4 elektroprovodljiva dvostruka kotača promjera minimalno 150 mm, mogućnost elektronske blokade sva četiri kotača. Baza operacijskog stola, oklop, nosači ploče stola, zglobne veze stola izrađene su u potpunosti od nehrđajućeg čelika. Prostor ispod baze stola dostupan za stopala operatera za optimalan pristup.“

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća traženo.

4. Ponuditelj traži za stavku 1.4. „Operacijski stol koristi akumulatorsku bateriju servisno lako dostupnu koja se može puniti, za rad minimalno 1 tjedan; Punjač baterije ugrađen u bazu operacijskog stola; Nivo punjenja baterije elektronički se nadgleda i signalizira akustično i vizualno.“ da se promijeni u:

Operacijski stol koristi akumulatorsku bateriju servisno lako dostupnu koja se može puniti, za rad minimalno 1 tjedan; Punjač baterije ugrađen u bazu operacijskog stola; Nivo punjenja baterije elektronički se nadgleda i signalizira vizualno.“

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća traženo.

5. Ponuditelj traži za stavku 1.6. „Podešavanje visine operacijskog stola elektropodesivo putem daljinskog upravljača od minimalno 700mm do maksimalno 1200 mm“ da se promijeni u:

„Podešavanje visine operacijskog stola elektropodesivo putem daljinskog upravljača od

minimalno 580 mm do maksimalno 1100 mm“.

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća traženo.

6. Ponuditelj traži za stavku 1.11. „Podešavanje lateralnog nagiba na bilo koju stranu elektropodesivo putem daljinskog upravljača, minimalno +/-25°“ da se promijeni u:  
„Podešavanje lateralnog nagiba na bilo koju stranu elektropodesivo putem daljinskog upravljača, minimalno +/-20°“.

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća traženo uz dodavanje riječi „ili više“, te će stavka 1.11. glasiti: „Podešavanje lateralnog nagiba na bilo koju stranu elektropodesivo putem daljinskog upravljača, minimalno +/-20° ili više“.

• **GRUPA 6 PREDMETA NABAVE: Operacijski stol za male zahvate**

7. Ponuditelj traži za stavku 1.7. „Podešavanje visine operacijskog stola elektropodesivo putem nožne pedale od minimalno 770 mm do maksimalno 1200 mm“ da se promijeni u:  
„Podešavanje visine operacijskog stola elektropodesivo putem nožne pedale od minimalno 750 mm do maksimalno 1000 mm.“

**ODGOVOR:**

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća zbog potrebne visine radi ergometrije operatera kao i potrebe za podešenje u tijeku operacije.

**Stručno povjerenstvo za provedbu javne nabave**