

URBROJ: 01-2522/11/2019
Čakovec, 02.10.2019.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naziv i OIB naručitelja:

Županijska bolnica Čakovec
Ivana Gorana Kovačića 1e
40 000 Čakovec
OIB: 83506206752

2. Evidencijski broj nabave:

VN-08/2019

3. Predmet nabave:

Nabava medicinske opreme broj 5 - 11 grupa

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

04.09.2019.

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

12.09.2019. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Tijekom savjetovanja Naručitelj održao je sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i održane su tehničke konzultacije za grupe 1 do 5 za UZV uređaje te grupu 8 Videobronhoskopska konfiguracija.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio primjedbe odnosno prijedloge kako slijedi:

I) Gospodarski subjekt postavlja upite kako slijedi:

ZAHTJEV ZA OBJAŠNJENJEM/IZMJENOM DOKUMENTACIJE O NABAVI

I. ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC (dalje u tekstu: Naručitelj) objavio je dana 04.09.2019.g. savjetovanje za provedbu postupka javne nabave za nabavu medicinske opreme br. 5, 11 grupa

II. Slijedom navedenog savjetovanja gospodarski subjekt zainteresiran za sudjelovanje u otvorenom postupku javne nabave, ovim putem, pravodobno upućuje Naručitelju svoje primjedbi prijedloge u vezi objavljene dokumentacije o nabavi kako slijedi:

1.. U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1.: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.3. sljedeće:

„LCD monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike za +/- 10° jer smatramo kako takva izmjena kuta vidljivosti neće utjecati na kvalitetu pregleda jer je navedena vrijednost i više nego dovoljna za kvalitetan i točan pregled.

Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„LCD monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 160°“

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

2) Gospodarski subjekt postavlja upit:

2. U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.5. sljedeće:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.“

Tražimo izmjenu tehničke karakteristike vezane za veličinu integriranog zaslona na 10,1" jer smatramo kako je većina zaslona od 10.1" dovoljna za kvalitetan i neometan rad, te kako je navedena veličina zaslona dovoljna za jasan i kvalitetan prikaz slike. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 10.1.", osjetljiv na dodir.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u

pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

3) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.8. sljedeće:

„Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne, mehaničke volumetrijske (konveksne i linearne), TEE ultrazvučne sonde“

Tražimo od naručitelja da izbací određene dijelove iz navedene točke iz razloga jer su za potrebe kirurgije sasvim dovoljne sektorske, konveksne, mikrokonveksne, linearne. Smatramo kako je nepotrebno tražiti mogućnost priključivanja TEE sondi za ovaj uređaj. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

4) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.9. sljedeće:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.200.000 procesnih kanala.“

Tražimo izmjenu minimalnih broj digitalnih kanala kod digitalnog Beamformera na min. 573.000 s obzirom da se u praksi koristi puno manji broj, a sve ostalo je marketinška vrijednost koja služi isključivo zaključavanju tehničkih specifikacija. Izmenom navedene točke Naručitelj omogućava sudjelovanje većem broju ponuditelja u javnom nadmetanju, bi ovom izmjenom Naručitelj imao veću mogućnost odabira kvalitetnog uređaja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 573.000 procesnih kanala.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara

neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

5) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.10. sljedeće:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.“

Tražimo izmjenom ukupnog dinamičkog raspona uređaja minimalno na 256 dB jer je navedena vrijednost dovoljna za preciznu dijagnostiku.

Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Ukoliko naručitelj i dalje bude inzistirao na navedenim vrijednostima to će izazvati sumnju u pogodovanje točno određenom gospodarskom subjektu koji ima tečne zahtijevane vrijednosti dinamičkog raspona uređaja. Prihvatanje izmjene poštivao bi se Zakon o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 256 dB ili više.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.“

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

6) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.11. sljedeće:

„Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 22 MHz ili šire.“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane frekvencijski raspon uređaja. Molimo da se dopusti nuđenje uređaja čiji je gornja granica frekvencijskog raspona 18 Mhz što je i više nego dovoljno za kvalitetan i točan pregled. Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 18 MHz ili šire.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Klinički, frekvencijski raspon uređaja direktno utječe na funkcionalnost uređaja (povećava se mogućnost izvođenja više različitih pretraga na istom uređaju). Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

7) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.15. sljedeće:

„Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 40 cm ili više.“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane za dubinu prikaza slike na min. 1-38 cm jer smatramo kako dubina prikaza od 38 cm neće utjecati na kvalitetupregleda jer je navedena vrijednost i više nego dovoljna za kvalitetan i točan pregled. Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 38 cm ili više.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da dubina prikaza ultrazvučne slike direktno utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, posebno kod pretilih pacijenata s visokim BMI (Body mass index) te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

8) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.20. sljedeće:

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za uvećanje slike min. 8x. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 8x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

9) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.21. sljedeće:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija).

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).

Vaskularna izvješća.“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za PRF raspon na način da omogući nudi uređaja čiji je gornja granica PRF raspon u traženom dopleru 22500 Hz. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nudi većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 22500 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija).

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).

Vaskularna izvješća.“

Naručitelj odgovara:

„**Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Veći raspon značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

10) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 1.31. sljedeće:

„Potrošnja snage < 500 W“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane za potrošnju snage. Potrošnja snage uređaja kojeg nudimo iznosi 800 W, međutim navedena vrijednost nikako ne utječe na rad uređaja stoga molimo na uvažite navedeni zahtjev. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Potrošnja snage < 800 W“

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

11) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 1: UZV za kirurgiju Naručitelj traži pod točkom 2.2. sljedeće:

„Linearna sonda

Širokopolasna linearna sonda raspona frekvencije od 5 do 18 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 40 mm. Minimalno 288 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada. Podržava 2D, PW, kolor Doppler, Power Doppler, harmoničko oslikavanje, korekciju tkivnih aberacija“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane frekvencijski raspon uređaja. Molimo da se dopusti nuđenje uređaja čija je gornja granica frekvencijskog raspona linearne sonde 16 Mhz što je i više nego dovoljno za kvalitetan i točan pregled, te da omogući nuđenje uređaja čija sonda ima 256 kristalnih elemenata.

Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Linearna sonda

Širokopolasna linearna sonda raspona frekvencije od 5 do 16 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 40 mm. Minimalno 256 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada. Podržava 2D, PW, kolor

Doppler, Power Doppler, harmoničko oslikavanje, korekciju tkivnih aberacija“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Veći broj kristalnih elemenata i širi frekvencijski raspon značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

12) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 2: UZV aparat za internu Naručitelj traži pod točkom 1.4. sljedeće:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.“

Tražimo izmjenu tehničke karakteristike vezane za veličinu integriranog zaslona na 10,1" jer smatramo kako je veličina zaslona od 10,1" dovoljna za kvalitetan i neometan rad, te kako je navedena veličina zaslona dovoljna za jasan i kvalitetan prikaz slike. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 10,1", osjetljiv na dodir.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u

boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

13) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 2: UZV aparat za internu Naručitelj traži pod točkom 1.8. sljedeće:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.000.000 procesnih kanala.“

Tražimo izmjenu minimalnih broj digitalnih kanala kod digitalnog Beamformera na min. 573.000 s obzirom da se u praksi koristi puno manji broj, a sve ostalo je marketinška vrijednost koja služi isključivo zaključavanju tehničkih specifikacija. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 573.000 procesnih kanala.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

14) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 2: UZV aparat za internu Naručitelj traži pod točkom 1.9. sljedeće:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.“

Tražimo izmjenu ukupnog dinamičkog raspona uređaja minimalno na 256 dB jer je navedena vrijednost dovoljna za preciznu dijagnostiku. Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih

ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Ukoliko naručitelj i dalje bude inzistirao na navedenim vrijednostima to će izazvati sumnju u pogodovanje točno određenom gospodarskom subjektu koji ima tečne zahtijevane vrijednosti dinamičkog raspona uređaja. Prihvatanje izmjene poštivao bi se Zakon o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 256 dB ili više.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

15) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 2: UZV aparat za internu Naručitelj traži pod točkom 1.9. sljedeće (radi se o stavci 1.19., a ne 1.9. što je razvidno iz troškovnika na savjetovanju):

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za uvećanje slike min. 8x. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 8x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet

nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

16) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 2: UZV aparat za internu Naručitelj traži pod točkom 1.20. sljedeće:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za PRF raspon na način da omogućiti nuđenje uređaja čiji je gornja granica PRF raspon u traženom dopleru 22500 Hz. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 22500 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija).

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).

Vaskularna izvješća.“

Naručitelj odgovara:

„**Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Veći raspon značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

17) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 2: UZV aparat za internu Naručitelj traži pod točkom 1.20. sljedeće (radi se o stavci 1.30., a ne 1.20. što je razvidno iz troškovnika na savjetovanju):

„Potrošnja snage < 500 W“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenom tehničke karakteristike vezane za potrošnju snage. Potrošnja snage uređaja kojeg nudimo iznosi 620 W, međutim navedena vrijednost nikako ne utječe na rad uređaja stoga molimo na uvažite navedeni zahtjev. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Potrošnja snage <620 W“

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenom te će ista biti unesena u troškovnik.“

18) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 2: UZV aparat za internu Naručitelj traži pod točkom 1.32. sljedeće:

„Konveksna sonda:

Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 6 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 95°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.“

Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2

MHz do 6 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 95°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.“

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

19) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije
Naručitelj traži pod točkom 1.3. sljedeće:

„LCD monitor dijagonale min. 21,5“.

Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika.

Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike za +/- 10°jer smatramo kako takva izmjena kuta vidljivosti neće utjecati na kvalitetu pregleda jer je navedena vrijednost i više nego dovoljna za kvalitetan i točan pregled.

Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„LCD monitor dijagonale min. 21,5“. Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 160°“

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

20) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije
Naručitelj traži pod točkom 1.5. sljedeće:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12“, osjetljiv na dodir.“

Tražimo izmjenu tehničke karakteristike vezane za veličinu integriranog zaslona na 10,1" jer smatramo kako je većina zaslona od 10.1" dovoljna za kvalitetan i neometan rad, te kako je navedena veličina zaslona dovoljna za jasan i kvalitetan prikaz slike. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 10.1", osjetljiv na dodir.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

21) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije Naručitelj traži pod točkom 1.9. sljedeće:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.000.000 procesnih kanala.“

Tražimo izmjenu minimalnih broj digitalnih kanala kod digitalnog Beamformera na min. 573.000 s obzirom da se u praksi koristi puno manji broj, a sve ostalo je marketinška vrijednost koja služi isključivo zaključavanju tehničkih specifikacija. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 573.000 procesnih kanala.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike.

Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

22) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije Naručitelj traži pod točkom 1.10. sljedeće:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.“

Tražimo izmjenom ukupnog dinamičkog raspona uređaja minimalno na 256 dB jer je navedena vrijednost dovoljna za preciznu dijagnostiku.

Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Ukoliko naručitelj i dalje bude inzistirao na navedenim vrijednostima to će izazvati sumnju u pogodovanje točno određenom gospodarskom subjektu koji ima tečne zahtijevane vrijednosti dinamičkog raspona uređaja. Prihvatanje izmjene poštivao bi se Zakon o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 256 dB ili više.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.“

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

23) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije Naručitelj traži pod točkom 1.11. sljedeće:

„Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 22 MHz ili šire.“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenom tehničke karakteristike vezane frekvencijski raspon uređaja. Molimo da se dopusti nuđenje uređaja čiji je gornja granica frekvencijskog raspona 18 Mhz što je i više nego dovoljno za kvalitetan i točan pregled. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 18 MHz ili šire.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Klinički, frekvencijski raspon uređaja direktno utječe na funkcionalnost uređaja (povećava se mogućnost izvođenja više različitih pretraga na istom uređaju). Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

24) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije
Naručitelj traži pod točkom 1.15. sljedeće:

„Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 40 cm ili više.“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane za dubinu prikaza slike na min. 1-38 cm jer smatramo kako dubina prikaza od 38 cm neće utjecati na kvalitetu pregleda jer je navedena vrijednost i više nego dovoljna za kvalitetan i točan pregled. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 38 cm ili više.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da dubina prikaza ultrazvučne slike direktno utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, posebno kod pretelih pacijenata s visokim BMI (Body mass index) te da bi se traženom promjenom znatno smanjila

klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

25) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije Naručitelj traži pod točkom 1.20. sljedeće:

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za uvećanje slike min. 8x. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 8x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

26) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije Naručitelj traži pod točkom 1.21. sljedeće:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija).

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u

živoj slici).
Vaskularna izvješća.“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za PRF raspon na način da omogući nuđenje uređaja čiji je gornja granica PRF raspon u traženom dopleru 22500 Hz. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 22500 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija).

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).

Vaskularna izvješća.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Veći raspon značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

27) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije
Naručitelj traži pod točkom 1.35. sljedeće:

„Potrošnja snage < 500 W“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane za potrošnju snage. Potrošnja snage uređaja kojeg nudimo iznosi 620 W, međutim navedena vrijednost nikako ne utječe na rad uređaja stoga molimo na uvažite navedeni zahtjev. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi

izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Petrošnja snage < 620 W“

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

28) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 3: Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije Naručitelj traži pod točkom 1.40. sljedeće:

„Linearna sonda:

Širokopolasna linearna sonda raspona frekvencije od 3 do 12 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 38 mm. Minimalno 160 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada“

Tražimo minimalnu izmjenu tehničke specifikacije vezane za otvor ravnine skeniranja na maksimalno 38,4 mm, S obzirom da je riječ o minimalnoj izmjeni molimo Vas da uvažite traženi zahtjev. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja više svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Linearna sonda:

Širokopolasna linearna sonda raspona frekvencije od 3 do 12 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 38 mm. Minimalno 160 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Širina direktno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

29) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.2. sljedeće:

„LCD monitor dijagonale min. 21,5".

Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika.

Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike za +/- 10°jer smatramo kako takva izmjena kuta vidljivosti neće utjecati na kvalitetu pregleda jer je navedena vrijednost i više nego dovoljna za kvalitetan i točan pregled.

Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„LCD monitor dijagonale min. 21,5". **Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 160°“**

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

30) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.4. sljedeće:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.“

Tražimo izmjenu tehničke karakteristike vezane za veličinu integriranog zaslona na 10,1" jer smatramo kako je većina zaslona od 10.1" dovoljna za kvalitetan i neometan rad, te kako je navedena veličina zaslona dovoljna za jasan i kvalitetan prikaz slike. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli mogućnost prisustvovanja svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja na ovom Natječaju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 10.1", osjetljiv na dodir.“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

31) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.8. sljedeće:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.000.000 procesnih kanala.“

Tražimo izmjenu minimalnih broj digitalnih kanala kod digitalnog Beamformera na min. 573.000 s obzirom da se u praksi koristi puno manji broj, a sve ostalo je marketinška vrijednost koja služi isključivo zaključavanju tehničkih specifikacija. Izmjenom navedene točke Naručitelj omogućava sudjelovanje većem broju ponuditelja u javnom nadmetanju, bi ovom izmjenom Naručitelj imao veću mogućnost odabira kvalitetnog uređaja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 573.000 procesnih kanala.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

32) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.9. sljedeće:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.“

Tražimo izmjenu ukupnog dinamičkog raspona uređaja minimalno na 256 dB jer je navedena vrijednost dovoljna za preciznu dijagnostiku.

Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Ukoliko naručitelj i dalje bude inzistirao na navedenim vrijednostima to će izazvati sumnju u pogodovanje točno određenom gospodarskom subjektu koji ima tečne zahtijevane vrijednosti dinamičkog raspona uređaja. Prihvatanje izmjene poštivao bi se Zakon o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Ukupni dinamički raspon sustava min. 256 dB ili više.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

33) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.10. sljedeće:

„Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 22 MHz ili šire.“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane frekvencijski raspon uređaja. Molimo da se dopusti nuđenje uređaja čiji je gornja granica frekvencijskog raspona 18 Mhz što je i više nego dovoljno za kvalitetan i točan pregled. Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 18 MHz ili šire.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Klinički, frekvencijski raspon uređaja direktno utječe na funkcionalnost uređaja (povećava se mogućnost izvođenja više različitih pretraga na istom uređaju). Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

34) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.14. sljedeće:

„Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 40 cm ili više.“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane za dubinu prikaza slike na min. 1-38 cm jer smatramo kako dubina prikaza od 38 cm neće utjecati na kvalitetu pregleda jer je navedena vrijednost i više nego dovoljna za kvalitetan i točan pregled. Traženom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 38 cm ili više.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da dubina prikaza ultrazvučne slike direktno utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, posebno kod pretilih pacijenata s visokim BMI (Body mass index) te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za

izmjenom se ne prihvaća.“

35) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.19. sljedeće:

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za uvećanje slike min. 8x. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 8x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

36) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.20. sljedeće:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija).

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u

živoj slici).
Vaskularna izvješća.“

Tražimo od naručitelja izmjenu tehničke karakteristike vezane za PRF raspon na način da omogući nuđenje uređaja čiji je gornja granica PRF raspon u traženom dopleru 22500 Hz. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„PW Doppler / pulsni Doppler:

PRF raspon minimalno 200 Hz - 22500 HZ

U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi

U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više.

Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija).

Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).

Vaskularna izvješća.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Veći raspon značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

37) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.31. sljedeće: „**Potrošnja snage < 500 W**“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane za potrošnju snage. Potrošnja snage uređaja kojeg nudimo iznosi 620 W, međutim navedena vrijednost nikako ne utječe na rad uređaja stoga molimo na uvažite navedeni zahtjev. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih

renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Potrošnja snage < 620 W“

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

38) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.36. sljedeće:

„Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 6 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 95°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.“

Tražimo od naručitelja minimalnu izmjenu tehničke karakteristike vezane za potrošnju snage. Potrošnja snage uređaja kojeg nudimo iznosi 620 W, međutim navedena vrijednost nikako ne utječe na rad uređaja stoga molimo na uvažite navedeni zahtjev. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 6 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 58°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Vidno polje utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

39) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 4: UZV uređaj za pedijatrijsku Naručitelj traži pod točkom 1.37. sljedeće:

„Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine max.38 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.“

Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine max.38,4 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Širina direktno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

40) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 5: UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezije Naručitelj traži pod točkom 1.38. sljedeće:

„Raspon brzina, min.: -3,50 m/s do 0 ili 0 do 3,50 m/s“

Tražimo od Naručitelja izmjenu raspona brzine na način da se dozvoli nuđenje uređaja čija je donja granica raspona brzine 1cm/s, te gornja granica 8,8 m/s.

Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i

trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„Raspon brzina, min.: -3,50 m/s do 0 ili 1 do 8,8 m/s“

Naručitelj odgovara:

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Tražena specifikacija je jasno definirana, nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Svi ponuđači koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u natječaju. Povećavanje donje granice raspona brzine dodatno bi spustilo klasu uređaja što Naručitelju nije cilj. Minimalno tražene tehničke specifikacije može zadovoljiti više različitih svjetskih renomiranih proizvođača ultrazvučnih uređaja te se prijedlog ne prihvaća.

41) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 5: UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezije Naručitelj traži pod **točkom 1.40.** sljedeće:

„Namještanje bazne linije: min. ± 125 koraka“

Tražimo izmjenu tehničke karakteristike vezane za namještanje bazne linije: minimalno ± 8 koraka. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„Namještanje bazne linije: min. ± 8 koraka“

Naručitelj odgovara:

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Tražena specifikacija je jasno definirana, nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Svi ponuđači koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u natječaju. Smanjivanje broja koraka namještanja bazne linije dodatno bi spustilo klasu uređaja što Naručitelju nije cilj. Minimalno tražene tehničke specifikacije može zadovoljiti više različitih svjetskih renomiranih proizvođača ultrazvučnih uređaja te se prijedlog ne prihvaća.

42) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 5: UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezije Naručitelj traži pod točkom 1.43.1. sljedeće:

„PW: -7 m/s do 0 ili 0 do 7 m/s“

Tražimo od Naručitelja izmjenu raspona brzine na način da se dozvoli nuđenje uređaja čija je donja granica raspona brzine 0,1 cm/s, te gornja granica 19,3 m/s. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.“

TRAŽENA IZMJENA:

„PW: -7 m/s do 0 ili 0,1 cm/s do 19,3 m/s“

Naručitelj odgovara:**Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Raspon brzine direktno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

43) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 5: UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezije Naručitelj traži pod točkom 1.44.1. sljedeće:

„PW: 0,3 do 20 kHz“

Tražimo od Naručitelja izmjenu frekvencije donje granice 1,8 kHz. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„PW: 1,8 do 20 kHz“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Donja granica frekvencije direktno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

44) Gospodarski subjekt postavlja upit:

U Tehničkoj specifikaciji u grupi 5: UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezijeNaručitelj traži pod točkom 1.63.3. sljedeće:

„Kut skeniranja: min. 60“

Tražimo minimalnu izmjenu kuta skeniranja na minimalno 58°. S obzirom da je riječ o minimalnoj izmjeni ne vidimo razloga da ju ne uvažite. Ovom izmjenom u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetskih renomiranih ponuđača UZV uređaja da sudjeluju u javnom nadmetanju. Također ovom bi izmjenom pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.

TRAŽENA IZMJENA:

„Kut skeniranja: min. 60“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Kut skeniranja direktno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

II. Gospodarski subjekt poslao je upite za GRUPU 10: Sustav za plućnu funkcionalnu dijagnostiku kako slijedi:

„Predlažemo izmjenu teksta tehničke dokumentacije za **grupu 10. Sustav za plućnu funkcionalnu dijagnostiku.**

Izmjena točke 7.:

Računalo s instaliranim aplikacijskim softverom koji ima mogućnost mrežnog povezivanja, sa minimum 21“ monitorom

Izmjena točke 7.1.:

Aplikacijski softver ima mogućnost ugrađenog sučelja za mrežnu komunikaciju u kompatibilnom formatu sa postojećim bolničkim informatičkim sustavom

Obrazloženje:

1. Predloženom izmjenom teksta u točki 7. Određuje se mrežna funkcija aplikacijskog softvera.
2. Izmjenom u narednoj točki 7.1. utvrđuje se mogućnost kompatibilnosti mrežnog sučelja aplikacijskog softvera i bolničkog informacijskog sustava.
3. Briše se "Digitalni sustav" koji implicira dodatni sustav.“

Odgovor i objašnjenje Naručitelja:

„Naručitelj prihvaća predložene izmjene za grupu 10 točke 7. i 7.1. te će izmjene biti unesene u troškovnik“.

III. Gospodarski subjekt poslao je upite za GRUPU 7: Videogastroskopska konfiguracija kako slijedi:

“ZAHTJEV ZA IZMJENOM TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet postupka javne nabave velike vrijednosti: »Nabava medicinske opreme broj 5“- 11 grupa. Evidencijski broj nabave: VN-08/19

Poštovani,

vezano uz gore navedeni postupak javne nabave velike vrijednosti, odnosno prema nacrtu za savjetovanje molimo Vas izmjene traženih minimalnih tehničkih karakteristika za sljedeće stavke:

Grupa 7. - VIDEOGASTROSKOPSKA KONFIGURACIJA

Red. br. 1.3.: „Moguć odabir digitalnog signala između HD-SDI (SMPTE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M), DV (IEEE 1394) i DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA)“.

Tražimo brisanje traženih protokola za prijenos digitalnog signala SD-SDI (SMPTE 259M) i DV (IEEE 1394) iz razloga jer su navedene tehnologije zastarjele, odnosno HD-SDI i DVI priključci su uvriježeni za prijenos digitalnog video signala visoke rezolucije.

Tražena izmjena: Red br. 1.3:

„Moguć odabir digitalnog signala između HD-SDI (SMTPE 292M) i DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA)“.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na sljedeći način:

Red. br. 1.3. glasi: „Moguć odabir digitalnog signala minimalno između HD-SDI SDI (SMTPE 292M) i DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA)“.

Ovom formulacijom ne isključuje se i ponuditelj koji nudi eventualno i širi odabir digitalnog signala.

Red br. 1.9.: „Kontrast: N (Normalni), H (Visoki), L (Niski)*.

Kako bi se otvorila mogućnost sudjelovanja većem broju gospodarskih subjekata, molimo izmjenu tražene stavke na način da se za funkciju kontrasta umjesto definiranih modova rada doda jednakovrijedni broj stupnjeva podešavanja kontrasta.

Tražena izmjena: Red br. 1.9.:

„Kontrast: N (Normalni), H (Visoki), L (Niski) ili promjena kontrasta u min. tri stupnja“.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik.“

Red br. 1.13.: „Funkcija prikaza 'Slike u slici' | "'slika izvan slike"'. Molimo Vas pojasniti pojam "slika izvan slike" ili izmjenu stavke.

Tražena izmjena: Red br. 1.13. Funkcija prikaza "slike u slici".

Naručitelj odgovara:

Ne prihvaća se predložena izmjena.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.

Funkcija „slika izvan slike“ je dodatna napredna funkcija istovremenog prikaza dvije slike koje se ne preklapaju.

Red br. 1.15.: „Moguća kontrola uređaja putem daljinskog upravljača: Monitor, DVR, video

printer". Kako bi se otvorila mogućnost sudjelovanja većeg broja gospodarskih subjekata, molimo brisanje red. br. 1.15. DVR i video printer nisu predmet nabave dok se sve bitne karakteristike podešavanja monitora izvode putem procesora.

Tražena izmjena: Red br. 1.15.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše“.

Red br. 1.16.: „Fog-free funkcija moguća prilikom povezivanja kompatibilnih endoskopa“.

Molimo brisanje navedene stavke jer je to funkcija koja se koristi prilikom upotrebe laparaskopske opreme koja nije predmet nabave.

Tražena izmjena: Red br. 1.16.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše“

Red br. 1.17.: „Sistem uključuje prijenosni medij za pohranjivanje podataka u TIFF/JPEG formatu iz procesora. Min. do 227 slika u TIFF i do 2048 u JPEG formatu te korisničkih postavki operatera i prijenos i pohranjivanje podataka na drugi kompatibilni video sistem.“.

Molimo brisanje navedene stavke jer se prijenosni mediji za pohranjivanje podataka definiraju sa kapacitetom prijenosne memorije.

Tražena izmjena: Red br. 1.17.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

Red br. 1.17. glasi: „Sistem uključuje prijenosni medij za pohranjivanje podataka iz procesora.“

Red br. 1.19.: „Mogućnost upisa osnovnih podataka za min. 50 pacijenata (identifikac. broj pacijenta, ime pacijenta, spol i dob, datum rođenja), te prikazivanja istih na monitoru“.

Molimo promjene navedene stavke sa min. 50 osnovnih podataka pacijenata na min. 45 osnovnih podataka pacijenata zbog neznatne razlike.

Tražena izmjena: Red br. 1.19.: „Mogućnost upisa osnovnih podataka za min. 45 pacijenata (identifikac. broj pacijenta, ime pacijenta, spol i dob, datum rođenja), te

prikazivanja istih na monitoru"

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik.“

Red br. 1.23.: „Kompatibilno s postojećim gastroskopima i kolonoskopima na internističkoj poliklinici“.

Kako bi se otvorila mogućnost sudjelovanja većem broju gospodarskih subjekata, molimo brisanje tražene stavke.

Tražena izmjena: Red br. 1.23.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

Red br. 1.24.: „Automatsko podešavanje balansa bijele boje jednim pritiskom na tipku.“.

Molimo brisanje navedene stavke. Nova generacija procesora sadrži automatsko podešavanje.

Tražena izmjena: Red br. 1.24.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

Red br. 1.24. glasi: „Podešavanje balansa bijele boje automatsko ili jednim pritiskom na tipku“

Red. br. 2.2.: „Xenon lampa kratkog snopa (ozone-free) 300 W*.“.

Molimo promjenu navedene stavke jer izvori svjetla novije generacije imaju LED tehnologiju.

Tražena izmjena: Red br. 2.2.:

„Izvor svjetla sa LED tehnologijom.“

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

Red. br. 2.2. glasi: „Izvor svjetla sa LED tehnologijom ili Xenon lampa (ozone- free) 300 W“

Red. br. 2.5.: „Prosječni radni vijek lampe minimum 500 sati kontinuiranog rada“.

Molimo promjenu navedene stavke na način da se poveća min. broj radnih sati na 8 000 zbog nuđenja nove tehnologije izvora svjetla.

Tražena izmjena: Red br. 2.5.:

„Prosječni radni vijek lampe minimum 8 000 sati kontinuiranog rada“

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća te nova stavka 2.5. sada glasi: „Prosječni radni vijek Xenon lampe minimum 500 sati kontinuiranog rada ili LED izvora svjetla min. 8000 sati kontinuiranog rada“.

Red. br. 2.6.: „Pomoćna halogena lampa 12 V, 35 W“. Molimo brisanje navedene stavke jer kod izvora sa LED tehnologijom nije potrebna.

Tražena izmjena: Red br. 2.6.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

Red. br. 2.6.: „Pomoćna lampa ili odgovarajuće rješenje sukladno ponuđenoj tehnologiji“

Red. br. 2.7.: „Automatska ekspozicija u 17 koraka“.

Molimo promjenu navedene stavke na način da se poveća broj koraka automatske ekspozicije na min. 60. Povećanje broja koraka ekspozicije rezultira boljom kvalitetom slike.

Tražena izmjena: Red br. 2.7.: „ Automatska ekspozicija u min. 60 koraka“.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

Red. br. 2.7.: „Automatska ekspozicija u min. 17 koraka“

Red. br. 2.9.: „Indikator korištenja pomoćne lampe i signaliziranje izuzeća lampe“.

Molimo brisanje navedene stavke jer se pomoćna lampa ne koristi kod izvora sa LED tehnologijom.

Tražena izmjena: Red br. 2.9.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

Red. br. 2.12.: „Kompatibilno s postojećim gastroskopima i kolonoskopima“.

Kako bi se otvorila mogućnost sudjelovanja većem broju gospodarskih subjekata, molimo brisanje tražene stavke.

Tražena izmjena: Red br. 2.12.: Brisanje.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

Red br. 4.7.: „Modovi: zrcalna slika, slika u slici, slika izvan slike.“

Molimo Vas pojasniti pojam "slika izvan slike" ili izmjenu stavke na način da se brige pojam »slika izvan slike“.

Tražena izmjena: Red br. 4.7.: „Modovi: zrcalna slika, slika u slici“.

Naručitelj odgovara:

„Ne prihvaća se tražena izmjena.“

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Mod „slika izvan slike“ je dodatna napredna funkcionalnost korisna u radu koju nudi više proizvođača endoskopske opreme.

Red br. 5.7.: „Promjer insercijske tube max 9,2mm“

Molimo promjenu navedene stavke na način da se poveća promjer od 9,2 do 9,3 mm.

Tražena izmjena: Red br. 5.7.: „Promjer insercijske cijevi max 9,3 mm“.

Naručitelj odgovara:

„Ne prihvaća se tražena izmjena.“

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.

Promjer insercijske tube je bitan iz razloga što je to dio koji ulazi u tijelo pacijenta kroz usnu šupljinu i važno je da bude što je moguće tanji radi lakšeg podnošenja pretrage. Promjer od 9.2 mm nudi više proizvođača endoskopske opreme.“

Red br. 6.4.: „Max težina 4 kg“

Kako bi se otvorila mogućnost sudjelovanja većem broju gospodarskih subjekata, molimo da se navedena stavka izmjeni da težina uređaja može biti sa tolerancijom mase od 4 - 5 kg

Tražena izmjena: Red br. 6.4.: „ Težina uređaja do max 5 kg “.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik.“

Red. br. 6.7.: „Kantica za vodu autoklavibilna od 2 litre“.

Molimo promjenu navedene stavke na način da se naglasi da se radi o posudi za sterilnu vodu volumena 1 - 2 litre sa integriranim grijanim nosačem posude koji zagrijava sterilnu vodu na temperaturu tijela od 37 °C.

Tražena izmjena: Red br. 6.7:

„Posuda za sterilnu vodu volumena 1 - 2 litre koja se postavlja na podesivi integrirani nosač koji ima mogućnosti grijanja vode na temperaturu od 37°C “.

Naručitelj odgovara:

Prihvaća se na slijedeći način:

Red. br. 6.7. glasi: „Posuda za vodu volumena 1 - 2 litre“

Red. br. 7.1.: „Podešavanje vakuma od 0 -100kPa“.

Molimo promjenu navedene stavke na način da se naglasi da se vakum da podešavati od 0 - 90 kPa i da vrijednost bude u korelaciji sa prethodnom točkom 7.2. gdje je definirana vrijednost vakuma, odnosno sa tolerancijom +/- 15% je apsolutni vakum nije moguće postići sa ručnim podešavanjem.

Tražena izmjena: Red br. 7.1.:

„Mogućnost podešavanja vakuma od 0 - 90kPa “.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik.“

Red. br. 7.2.: „Nominalna vrijednost vakuma 95 kPa‘, Molimo promjenu navedene stavke jer se radi o ručnom podešavanju vakuma i o ne mogućnošću preciznog podešavanja vakuma bez mali odstupanja, te tražimo izmjenu jer se radi o pogrešci prikazivanja podataka.

Tražena izmjena: Red br. 7.2.:

„Nominalna vrijednost vakuma max 95 kPa“.

Naručitelj odgovara: Prihvaća se na slijedeći način:

Red. br. 7.2. glasi:

„Nominalna vrijednost vakuma max 95 kPa ili u ekvivalentnoj vrijednosti u bar-ima“

Red. br. 7.3.: „Mogućnost biranja između tihog rada za tihe postupke i turbo moda za brzu i jaču sukciju“.

Molimo brisanje navedene stavke jer se treba definirati jačina buke koju uređaj proizvodi, a ne kao tihi ili turbo rad odnosno što znači tihi rad?

Tražena izmjena: Red br. 7.3.: „Brisati“.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

Red. br. 7.4.: „Mogućnost biranja brzine nominalnog protoka zraka između 40l/min, 50l/min i 60l/min“.

Molimo da se navedena stavka u cijelosti briše. Naime, sukcijska pumpa ima zadatak da obavlja sukciju tekućina iz tijela, te automatski mnogi proizvođači definiraju vrijednost protoka tekućeg medija u litrama /minuti, te kako se radi o endoskopskoj pretrazi te protoci nisu velike vrijednosti.

Tražena izmjena: Red br. 7.4.: „Brisati“.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

Red. br. 7.6.: „Nominalni protok zraka min 50 l/min“. Molimo promjenu navedene stavke na vrijednost protoka od min 30 litara /min, što je dovoljno visoka vrijednost za gastroenterologiju, a ujedno omogućava i drugim potencijalnim ponuđačima da udovolje navedenoj vrijednosti.

Tražena izmjena: Red br. 7.6.:

„Nominalna vrijednost protoka min 30 l/min“.

Naručitelj odgovara:

„Ne prihvaća se tražena izmjena.“

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.

Vrijednost protoka zraka sukcijske pumpe bitna je karakteristika važna sa sukucije kod gastroskopskih pretraga i bolje da je viših vrijednosti kod nepredvidljivih situacija kod pretrage. Pumpe sa traženim vrijednostima nudi više proizvođača endoskopske opreme.“

Red. br. 7.8.: „Snaga uređaja 100 - 240 V“.

Molimo promjenu navedene stavke jer se radi o krivo definiranim vrijednosti jer se radi električnom napajanju uređaja, a ne o snazi

Tražena izmjena: Red br. 7.8: „ Električno napajanje uređaja 100 - 240 V “.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik.“

IV: Gospodarski subjekt poslao je upite za GRUPU 7 Videogastroskopska konfiguracija i GRUPU 8 Videobronhoskopska konfiguracija kako slijedi:

GRUPA 7: VIDEOGASTROSKOPSKA KONFIGURACIJA

„PREDMET: _ Primjedbe i prijedlozi na objavljen Nacrt dokumentacije za Otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: NABAVA MEDICINSKE OPREME br. 5, 11 grupa, Evidencijski broj nabave: VN-08/19

Poštovani,

Sukladno prethodnom savjetovanju za Otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: NABAVA MEDICINSKE OPREME br. 5, 11 grupa, Evidencijski broj nabave: VN-08/19, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave ovim Vam se putem obraćamo sa zamolbom da usvojite naše dolje navedene prijedloge i time omogućite sudjelovanje u postupku javne nabave većem broju ponuditelja:

GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 7. - Videogastroskopska konfiguracija

1) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 1.2.

Opis: Mogućnost odabira HDTV signala između RGB ili YPbPr outputa

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Proizvođači za izlaze koriste različite standarde koji se razlikuju u nazivima i skraćenicama

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

2) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 1.7.

Opis: Shema 'Color bar' ili '50% bijele' mogu se prikazati na zaslonu

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Shema „color bar“ se prikazuje na monitoru

Naručitelj odgovara:

„Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

„Shema 'Color bar' ili '50% bijele' mogu se prikazati na zaslonu ili monitoru.“

3) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 1.15.

Opis: Moguća kontrola uređaja putem daljinskog upravljača: Monitor, DVR, video printer

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Specifikacija se odnosi na pojedine elemente endo stupa a ne na procesor

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se briše navedena stavka.“

4) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 1.16.

Opis: Fog-free funkcija moguća prilikom povezivanja kompatibilnih endoskopa

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Radi se o tehničkom rješenju sprečavanja zamagljivanja sa marketinškim nazivom fog-free“

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se briše navedena stavka.“

5) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 1.18.

Opis: Podržava DV izlaz za kompatibilne uređaje

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Proizvođači za izlaze koriste različite standarde koji se razlikuju u nazivima i skraćenicama.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

„Red broj: 1.18. glasi: „Podržava DV ili drugi odgovarajući izlaz za kompatibilne uređaje“

6) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 1.21.

Opis: Prikaz informacija koje mogu biti prikazane na monitoru: razina izoštravanja rubova ili strukture slike, omjer uvećanja slike (zoom), spektar boja, fokus.

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Prikaz podataka na monitoru je individualan za svakog proizvođača.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

„Red broj 1.21. glasi: „Prikaz osnovnih informacija koje mogu biti prikazane na monitoru.“

7) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 1.23.

Opis: Kompatibilno s postojećim gastroskopima i kolonoskopima na internističkoj poliklinici

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Kako se traži cijeli stup kompatibilnost nije uvjet za funkcioniranje gastrostupa kao samostalne jedinice

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

8) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 2.6.

Opis: Pomoćna halogena lampa 12 V, 35 W

Prijedlog izmjene: Molimo izmjenu u: **pomoćna lampa**. Molimo brisanje: **halogena i 12V,35W**

Obrazloženje: Proizvođači koriste i druge tehnologije osim halogenih

Naručitelj odgovara:

„Djelomično se prihvaća na slijedeći način:

„Pomoćna lampa ili odgovarajuće rješenje sukladno ponuđenoj tehnologiji“

9) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 2.12.

Opis: Kompatibilno s postojećim gastroskopima i kolonoskopima

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Kako se traži cijeli stup kompatibilnost nije uvjet za funkcioniranje gastrostupa kao samostalne jedinice

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

10) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 2.13.

Opis: Veza s perifernim uređajima izbjegava komplicirane kableske priključke i ubrzava brzinu prijenosa

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Proizvođači koriste razne načine spajanja i komuniciranja procesora sa perifernim jedinicama ako je to potrebno.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

11) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 4.4.

Opis: Ergonomski dizajn omogućava jednostavnu poziciju monitora

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Svi proizvođači to imaju samo je pitanje kako to dokazati po prospektu i specifikaciji

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

12) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 4.5.

Opis: LED navigacijske tipke na alatnoj traci monitora

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Svi proizvođači imaju na prednjem panelu alatnu traku u raznim tehničkim izvedbama

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

13) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 4.6.

Opis: Tihi rad

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Svi monitori nove generacije rade na nižim temperaturama sa LED tehnologijom i potpuno su nečujni.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

14) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 6.4.

Opis: Max. težina 4 kg

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Karakteristika nije bitna jer se oprema nalazi na kolicima, nije za ručno prenošenje i prevoženje.

Naručitelj odgovara:

Djelomično se prihvaća i mijenja specifikacija kako slijedi:

Red broj: 6.4. glasi :„ Težina uređaja do max 5 kg ”.

15) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 6.10.

Opis: Sigurnosno prekidanje rada nakon 20 sekundi u slučaju prepunjavanja pacijenta

tekućinom

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Uz opciju irigacije, tijekom endoskopije se upotrebljava i opcija sukcije koja izbacuje tekućinu iz pacijenta. Konstantno pražnjenje pacijenta je potrebno i zbog vizualizacije.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

16) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 7.1.

Opis: Mogućnost podešavanja vakuma od 0-100 kPa

Prijedlog izmjene: Molimo izmjenu u: „Mogućnost podešavanja vakuma od 0-90 kPa“

Obrazloženje: Podtlak od 90 kPa je dovoljan i dostatan za kirurške operacije pa shodno tome i za endoskopiju.

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik.“

17) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 7.2.

Opis: Nominalna vrijednost vakuma 95 kPa

Prijedlog izmjene: Molimo izmjenu u: „Nominalna vrijednost vakuma 95 kPa ili jednakovrijedno u bar-ima“

Obrazloženje:

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik.“

18) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 7.3.

Opis: Mogućnost biranja između tihog rada za tihe postupke i turbo moda za bržu i jaču sukciju.

Prijedlog izmjene: Molimo izmjenu u: „Tihi rad do 50d B i mogućnost podešavanja snage vakuma“

Obrazloženje:

Naručitelj odgovara:

„Red broj 7.3. se briše.“

19) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 7.4.

Opis: Mogućnost biranja brzine nominalnog protoka zraka između 40l/min, 50l/min i 60l/min

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Karakteristika isključuje ostale proizvođače

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se te će predložena izmjena biti unesena u troškovnik te se navedena stavka briše.“

20) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 7.8.

Opis: Snaga uređaja 100-240 V

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Snaga uređaja se označava se sa „W“ a napon sa „V“, nije jasno iz tražene karakteristike koja se karakteristika zahtjeva.

Naručitelj odgovara:

Red. broj 7.8. se mijenja i glasi: „Električno napajanje uređaja 100 - 240 V“.

21) Gospodarski subjekt postavlja upit:

Red broj: 7.10.

Opis: Dimenzije: max. 210 mm (H) x 310 mm (W) x 380 mm (D)

Prijedlog izmjene: Molimo brisanje tehničke karakteristike

Obrazloženje: Karakteristika je nebitna jer se pumpa smješta na kolica za endoskopsku opremu, tražena karakteristika izbacuje pojedine ponuđače.

Naručitelj odgovara:

Prihvaća se na slijedeći način:

Red broj: 7.10. se mijenja i glasi: „Dimenzije: max. 330 mm (H) x 310 mm (W) x 380 mm (D)“

22) GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 8. — Videobronhoskopska konfiguracija

Gospodarski subjekt postavlja upit za grupu 8 Videobronhoskopska konfiguracija kako slijedi:

Stavka 10. ENDOSKOPSKI UZV PROCESOR, 1 kom

10.13. Frekvencijski rang uređaja minimalno 2-18 Mhz ili šire

Molimo minimalnu izmjenu u: „Frekvencijski rang uređaja minimalno 3.1-18 MHz ili šire“

Naručitelj odgovara:

„Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Klinički, frekvencijski raspon uređaja direktno utječe na funkcionalnost uređaja (povećava se mogućnost izvođenja više različitih pretraga na istom uređaju). Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

V. Gospodarski subjekt postavlja upite za GRUPE 1,2,3 i 4 (UZV uređaji) kako slijedi:

1) „Članak 5.1. Prijedloga ugovora i točka 7.5.3. dokumentacije o nabavi glase:

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, za slučaj da Isporučitelj u jamstvenom roku ne ispuní obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete, Isporučitelj je obvezan dostaviti prilikom potpisivanja Primopredajnog zapisnika.“

Molimo izmjenu tako da isti glase:

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, za slučaj da Isporučitelj u jamstvenom roku ne ispuní obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete, Isporučitelj je obvezan dostaviti **u roku od 8 dana od datuma potpisa** Primopredajnog zapisnika.“

Naručitelj odgovara:

„Prihvaća se predložena izmjena te će ista biti unesena u dokumentaciju o nabavi u točki 7.5.3. kao i u prijedlogu ugovora u točki 5.1.“

2) Grupa 1. UZV za kirurgiju

Red. Broj	Trenutna specifikacija	Predložena specifikacija
1.	UZV uređaj	UZV uređaj
1.1.	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav (periferija, cerebrovaskularni pregledi, temporalni TDC, abdominalni vaskularni pregledi), lokomotorni (MSK) sustav; mali organi (dojka, štitnjača).	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav (periferija, cerebrovaskularni pregledi, abdominalni vaskularni pregledi), lokomotorni (MSK) sustav; mali organi (dojka, štitnjača).
1.2.	Maksimalna masa uređaja 85 kg	Maksimalna masa uređaja 85 kg
1.3.	LCD monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°	LCD monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°
1.4.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja: po visini i lijevo / desno.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću podešavanja: po visini
1.5.	Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.	Integrirani ekran u boji za upravljanje uređajem dijagonale min. 10", osjetljiv na dodir.
1.6.	Istodobni prikaz ultrazvučne slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir kao i mogućnost prikaza u stvarnom vremenu 2D, Color Doppler i PW Doppler (tzv. triplex moda) na ekranu osjetljivom na dodir.	Prikaz ultrazvučne slike na monitoru, triplex moda
1.7.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde. 1 priključak za neslikovnu "pencil" (olovka) sondu.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde. 1 priključak za neslikovnu "pencil" (olovka) sondu.
1.8.	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne, mehaničke volumetrijske (konveksne i linearne), TEE ultrazvučne sonde	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne
1.9.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.200.000 procesnih kanala.	Digitalni „Beamformer“ s min. 172.000 procesnih kanala.
1.10.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 266 dB ili više.
1.11.	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 22 MHz ili šire.	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 16 MHz ili šire.
1.12.	Max. frekvencija osvježenja slike u 2D i 2D/CFI/Doppler modovima min. 1900 sl/sek.	Max. frekvencija osvježenja slike u 2D modu min. 490 sl/sek.
1.13.	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 8 fokalnih zona	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 4 fokalnih zona
1.14.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.

1.15.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 40 cm ili više.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 30 cm ili više.
1.16.	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojani Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), PW dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler)	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojani Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), PW dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler)
1.17.	Dual prikaz slike - 2D/2D, 2D/CD, CD/CD, CD/Power Doppler	Dual prikaz slike
1.18.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 5 nivoa optimizacije.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 3 nivoa optimizacije.
1.19.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija. Korištenje u kombinaciji s dupleks Doppler snimanjem, panoramskim snimanjem, THI, trapezoidalnom prikazu. Dostupno u radu sa svim traženim sondama.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija ili min. 5 kuteva upravljanja
1.20.	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj ili kino slici. Uvećanje slike min. 10x ili više
1.21.	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZ U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija). Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici). Vaskularna izvješća.	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 19500 HZ U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 180 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku
1.22.	Automatska korekcija artefakata (tkivnih aberacija) u penetracijskim načinima.	BRISATI
1.23.	Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) i TGC u stvarnom vremenu u 2D, M-mode i 3D načinima rada (podešavanje svake sličice pojedinačno) za postizanje optimalne svjetlosti tkiva	Automatska optimizacija pojačanja („gain“)

1.24.	Prikupljanje, pohranjivanje u lokalnu memoriju i prikazivanje u stvarnom vremenu i dupleks prikazima minimalno 2200 2D i kolor Doppler sličica, 60 sekundi Doppler i M-mode podataka te minimalno 48 sekundi prikaza u CW načinu rada. Mogućnost kontinuirane akvizicije signala minimalno 9 minuta; mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.	Mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.
1.24.1.	Obvezno žično i bežično spajanje na DICOM server (storage,structure report, modality worklist, MPPS, storage commitment push) uz WPA/WPA2 razinu zaštite	Obvezno žično i bežično spajanje na DICOM server (storage,structure report, modality worklist, MPPS, storage commitment) uz WPA/WPA2 razinu zaštite
1.24.2.	Priključci: Display port ili HDMI video izlaz, Ethernet, USB	Priključci: Display port ili HDMI video izlaz ili DVI video izlaz, Ethernet, USB
1.25.	Hard disk/SSD memorija min. 500 GB	Hard disk ili SSD min. 500 GB
1.26.	Proaktivno praćenje parametara uređaja s mogućnošću alarmiranja u slučaju nepravilnih vrijednosti: napona, temperature, brzina ventilatora, pogreški sustava	BRISATI
1.27.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.
	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer (širine papira 110 mm)	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer (širine papira 110 mm)
1.28.	Integrirana baterija i UPS sustav za transportni način rada; u transportnom načinu omogućuje izvor energije minimalno 30 minuta	BRISATI
1.29.	Uputstva za upotrebu dostupna u jednom koraku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.	Uputstva za upotrebu dostupna u jednom koraku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
1.30.	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB
1.31.	Potrošnja snage < 500 W	Potrošnja snage < 610 W
1.32.	Držači za kablove sonde s elastičnim nastavcima za sprječavanje oštećenja kablova	Držači za kablove sonde za sprječavanje oštećenja kablova
1.33.	Podržava slikovne sonde izrađene u single crystal tehnologiji	BRISATI
2.	Multifrekventne sonde s konektorom bez igličastih kontakata-pinova:	Multifrekventne sonde
2.1.	Konveksna sonda: Širokopoljarna konveksna sonda od 2 do 6 MHz. Minimalno 128 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada.	Konveksna sonda: Širokopoljarna konveksna sonda od 2 do 6 MHz. Minimalno 128 kristalnih elemenata.

2.2.	Linearna sonda Širokopolasna linearna sonda raspona frekvencije od 5 do 18 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 40 mm. Minimalno 288 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada. Podržava 2D, PW, kolor Doppler, Power Doppler, harmoničko oslikavanje, korekciju tkivnih aberacija	Linearna sonda Širokopolasna linearna sonda raspona frekvencije od 5 do 16 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 40 mm. Minimalno 192 kristalnih elemenata.
3.	Mogućnost nadogradnje:	Mogućnost nadogradnje:
3.1.	Mogućnost nadogradnje linearnom sondom oblika hokejske palice („hockey stick“) frekvencijskog raspona minimalno 7 MHz do 15 MHz.	BRISATI
3.2.	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje strain elastografije s programom za poboljšanje anehogenih struktura	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje strain elastografije
3.3.	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kontrastnih pretraga vaskularnog i mišićnokoštanog sustava	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kontrastnih pretraga
3.4.	Mogućnost nadogradnje volumetrijskom linearnom ultrazvučnom sondom frekvencijskog raspona od minimalno 5 MHz do 13 MHz ili više	BRISATI
4.	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*

Odgovori i objašnjenja naručitelja na upite za Grupu 1. UZV za kirurgiju kako slijedi:

Stavka 1.1.

Naručitelj odgovara:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

Stavka 1.2.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.3.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.4.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da pomicanje kontrolne ploče omogućava lakši i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.5.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.6.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da istodobni prikaz slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.7.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.8.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.9.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.10.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka.1.11.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Klinički, frekvencijski raspon uređaja direktno utječe na funkcionalnost uređaja (povećava se mogućnost izvođenja više različitih pretraga na istom uređaju). Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.12.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Frekvencija osvježenja slike u 2D modu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.13.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je veći broj fokalnih zona značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.14.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.15.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da dubina prikaza ultrazvučne slike direktno utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, posebno kod pretilih pacijenata s visokim BMI (Body mass index) te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.16.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.17.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.18.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.19.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.20.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.21.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj

smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.22.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom/brisanjem dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.23.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.24.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.24.1.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.24.2.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.25.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.26.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.27.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka „Standardni crno bijeli termalni medicinski printer (širine papira 110 mm)“

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.28.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da bi traženo brisanje stavke utjecalo na sigurnost i funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.29.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.30.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka.1.31.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.32.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.33.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno Članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 2.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 2.1.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 2.2.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet

nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 3.1.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 3.2.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenom te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 3.3.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 3.4.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 4.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

3) Grupa 2. UZV aparat za internu

Red. broj	Trenutna specifikacija	Predložena specifikacija
1.	UZV uređaj	UZV uređaj
1.1.	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav (periferija, cerebrovaskularni pregledi, temporalni TDC, abdominalni vaskularni pregledi), lokomotorni (MSK) sustav; mali organi (dojka, štitnjača).	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav (periferija, cerebrovaskularni pregledi, abdominalni vaskularni pregledi), lokomotorni (MSK) sustav; mali organi (dojka, štitnjača).
1.2.	LCD monitor dijagonale min. 21,5".	LCD ili LED monitor dijagonale min. 21,5".
1.3.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja: po visini i lijevo / desno.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja po visini
1.4.	Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.	Integrirani ekran u boji za upravljanje uređajem dijagonale min. 10,4", osjetljiv na dodir.
1.5.	Istodobni prikaz ultrazvučne slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir kao i mogućnost prikaza u stvarnom vremenu 2D, Color Doppler i PW Doppler (tzv. triplex moda) na ekranu osjetljivom na dodir.	Prikaz ultrazvučne slike na monitoru, triplex moda
1.6.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde i jedan priključak za pincet sonde.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde i jedan priključak za pincet sonde.
1.7.	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne, mehaničke volumetrijske (konveksne)	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne
1.8.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.000.000 procesnih kanala.	Digitalni „Beamformer“ s min. 172.000 procesnih kanala.
1.9.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 266 dB ili više.
	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 14 MHz ili šire.	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 14 MHz ili šire.
1.10.	Max. frekvencija osvježavanja slike u 2D modu	Max. frekvencija osvježavanja slike u 2D

	min. 1900 sl/sek.	modu min. 499 sl/sek.
1.11.	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 8 fokalnih zona.	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 4 fokalnih zona.
1.12.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.
1.13.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. 30 cm ili više.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. 30 cm ili više.
1.14.	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojani Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), PW dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler)	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojani Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler)
1.15.	Dual prikaz slike - 2D/2D, 2D/CD, CD/CD, CD/Power Doppler	Dual prikaz slike
1.16.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 5 nivoa optimizacije.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 3 nivoa optimizacije.
1.17.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija. Korištenje u kombinaciji s dupleks Doppler snimanjem, panoramskim snimanjem, THI, trapezoidalnom prikazu. Dostupno u radu sa svim traženim sondama.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija ili min. 5 kuteva upravljanja
1.18.	Automatsko podešavanje skale i bazne linije u PW načinu rada	Automatsko podešavanje skale i bazne linije u PW načinu rada
1.19.	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj ili kino slici. Uvećanje slike min. 10x ili više.
1.20.	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZU Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 19500 HZ U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 180 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku
1.21.	Automatska korekcija artefakata (tkivnih aberacija) u penetracijskim načinima.	BRISATI
1.22.	Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) i TGC u stvarnom vremenu u 2D, M-mode i 3D načinima rada (podešavanje svake sličice pojedinačno) za	Automatska optimizacija pojačanja („gain“)

	postizanje optimalne svjetlosti tkiva	
1.23.	Prikupljanje, pohranjivanje u lokalnu memoriju i prikazivanje u stvarnom vremenu i dupleks prikazima minimalno 2200 2D i kolor Doppler sličica, 60 sekundi Doppler i M-mode podataka te minimalno 48 sekundi prikaza u CW načinu rada. Mogućnost kontinuirane akvizicije signala minimalno 9 minuta; mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.	Mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.
1.24.	Priključci: Display port ili HDMI video izlaz, Ethernet, USB	Priključci: Display port ili HDMI video izlaz ili DVI video izlaz, Ethernet, USB
1.25.	Hard disk/SSD memorija min. 500 GB	Hard disk min. 500 GB
1.26.	Proaktivno praćenje parametara uređaja s mogućnošću alarmiranja u slučaju nepravilnih vrijednosti: napona, temperature, brzina ventilatora, pogreški sustava	BRISATI
1.27.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.
1.28.	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer
1.29.	Uputstva za upotrebu dostupna u jednom koraku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.	Uputstva za upotrebu dostupna u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB
1.30.	Potrošnja snage < 500 W	Potrošnja snage < 610 W
1.31.	Multifrekventne sonde s konektorom bez igličastih kontakata-pinova:	Multifrekventne sonde
1.32.	Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 6 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 95°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.	Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 5 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 66°, Power Doppler, Color Doppler.
1.33.	Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine max.38 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.	Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine max.38 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.
1.34.	Mogućnost nadogradnje:	Mogućnost nadogradnje:
1.35.	Mogućnost nadogradnje programom za uvoz slika standardnog DICOM formata za ultrazvuk ili druge modalitete (CT / MRI / X-Ray / Mammography/ PET) radi mogućnosti usporedbe kroz dual mod rada sa aktivnom	BRISATI

	slikom na uređaju	
1.36.	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje strain elastografije s programom za poboljšanje anehogenih struktura	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje elastografije
2.	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*

Odgovori i objašnjenja naručitelja na upite za Grupu 2. UZV za internu kako slijedi:

Stavka 1.1.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.2.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.3.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da pomicanje kontrolne ploče lijevo desno omogućava lakši i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.4.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava

usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.5.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da istodobni prikaz slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.6.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.7.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.8.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.9.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu

objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka „Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 14 MHz ili šire.“

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.10.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Frekvencija osvježenja slike u 2D modu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.11.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je veći broj fokalnih zona značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.12.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.13.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.14.**Naručitelj odgovara:****Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je veći broj fokalnih zona značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.15.**Naručitelj odgovara:****Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.****Stavka 1.16.****Naručitelj odgovara:****Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.****Stavka 1.17.****Naručitelj odgovara:****Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.18.**Naručitelj odgovara:**

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.19.**Naručitelj odgovara:****Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu

objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.20.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.21.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.22.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj

smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.23.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.24.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenom te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.25.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.26.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenom te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.27.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.28.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.29.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka „Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB.“

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.30.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.31.

Naručitelj odgovara

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.32.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.33.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.35.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.36.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.37.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

4) Grupa 3. Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije

Red. Broj	Trenutna specifikacija	Predložena specifikacija
1.	Dijagnostički UZV uređaj	Dijagnostički UZV uređaj
1.2.	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav (periferija, cerebrovaskularni pregledi, temporalni TDC, abdominalni vaskularni pregledi)	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav (periferija, cerebrovaskularni pregledi, temporalni TDC, abdominalni vaskularni pregledi)
1.3.	LCD monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°	LCD ili LED monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°
1.4.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja: po visini i lijevo / desno.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja po visini
1.5.	Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.	Integrirani ekran u boji za upravljanje uređajem dijagonale min. 10.4", osjetljiv na dodir.
1.6.	Istodobni prikaz ultrazvučne slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir kao i mogućnost prikaza u stvarnom vremenu 2D, Color Doppler i PW Doppler (tzv. triplex moda) na ekranu osjetljivom na dodir.	Prikaz ultrazvučne slike na monitoru, triplex mod
1.7.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde. 1 priključak za neslikovnu "pencil" (olovka) sondu.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde. 1 priključak za neslikovnu "pencil" (olovka) sondu.
1.8.	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne, mehaničke volumetrijske (konveksne i linearne), TEE ultrazvučne sonde	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne, TEE ultrazvučne sonde
1.9.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.000.000 procesnih kanala.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 172.000 procesnih kanala.
1.10.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 266 dB ili više.

1.11.	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 22 MHz ili šire.	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 16 MHz ili šire.
1.12.	Max. frekvencija osvježanja slike u 2D i 2D/CFI/Doppler modovima min. 1900 sl/sek.	Max. frekvencija osvježanja slike u 2D modu min. 490 sl/sek.
1.13.	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 8 fokalnih zona	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 4 fokalnih zona
1.14.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.
1.15.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 40 cm ili više.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 30 cm ili više.
1.16.	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojeni Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), PW dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler), HPRF	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojeni Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler)
1.17.	Dual prikaz slike - 2D/2D, 2D/CD, CD/CD, CD/Power Doppler	Dual prikaz slike
1.18.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 5 nivoa optimizacije.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 3 nivoa optimizacije.
1.19.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija. Korištenje u kombinaciji s dupleks Doppler snimanjem, panoramskim snimanjem, THI, trapezoidalnom prikazu. Dostupno u radu sa svim traženim sondama.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija ili min. 7 kuteva upravljanja
1.20.	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici ili kino slici. Uvećanje slike min. 10x ili više.
1.21.	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZ U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija). Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici). Vaskularna izvješća.	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 19500 HZ U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 180 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PI, RI). Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku Vaskularna izvješća.
1.22.	U CW Doppler načinu rada prikaz brzine od minimalno 28 m/s	U CW Doppler načinu rada prikaz brzine od minimalno 30 cm/s

1.23.	Automatska korekcija artefakata (tkivnih aberacija) u penetracijskim načinima.	BRISATI
1.24.	Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) i TGC u stvarnom vremenu u 2D, M-mode i 3D načinima rada (podešavanje svake sličice pojedinačno) za postizanje optimalne svjetlosti tkiva	Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) u stvarnom vremenu u 2D, M-mode i 3D načinima rada
1.25.	Prikupljanje, pohranjivanje u lokalnu memoriju i prikazivanje u stvarnom vremenu i dupleks prikazima minimalno 2200 2D i kolor Doppler sličica, 60 sekundi Doppler i M-mode podataka te minimalno 48 sekundi prikaza u CW načinu rada. Mogućnost kontinuirane akvizicije signala minimalno 9 minuta; mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.	Mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.
1.26.	Automatska optimizacija Doppler toka u vaskularnim aplikacijama pri korištenju linearnih sondi uz automatsko podešavanje pozicije i kuta površine uzorkovanja („color box“) kao i automatsko namještanje veličine i položaja prozora uzorkovanja („sample volume“) i kuta prozora uzorkovanja u PW načinu rada	BRISATI
1.27.	Priključci: Display port ili HDMI video izlaz, Ethernet, USB	Priključci: Display port ili HDMI ili DVI video izlaz, Ethernet, USB
1.28.	Hard disk/SSD memorija min. 500 GB	Hard disk/SSD memorija min. 500 GB
1.29.	Proaktivno praćenje parametara uređaja s mogućnošću alarmiranja u slučaju nepravilnih vrijednosti: napona, temperature, brzina ventilatora, pogreški sustava	Proaktivno praćenje parametara uređaja
1.30.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.
1.31.	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer (širine papira 110 mm)	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer (širine papira 110 mm)
1.32.	Integrirana baterija i UPS sustav za transportni način rada; u transportnom načinu omogućuje izvor energije minimalno 30 minuta	Integrirana baterija koja omogućuje izvor energije minimalno 30 minuta
1.33.	Uputstva za upotrebu dostupna u jednom koraku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.	Uputstva za upotrebu dostupna u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
1.34.	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB
1.35.	Potrošnja snage < 500 W	Potrošnja snage < 610 W
1.36.	Držači za kablove sondi s elastičnim nastavcima za sprječavanje oštećenja kablova	Držači za kablove sondi
1.37.	Podržava slikovne sonde izrađene u single crystal tehnologiji	BRISATI
1.38.	Multifrekventne sonde s konektorom bez	Multifrekventne sonde

	igličastih kontakata-pinova:	
1.39.	Sektorska sonda: Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 2 do 4 MHz, vidno polje skeniranja minimalno 90°. Minimalno 80 kristalnih elemenata.	Sektorska sonda: Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 2 do 4 MHz, vidno polje skeniranja minimalno 90°. Minimalno 64 kristalnih elemenata.
1.40.	Linearna sonda: Širokopojasna linearna sonda raspona frekvencije od 3 do 12 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 38 mm. Minimalno 160 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada	Linearna sonda: Širokopojasna linearna sonda raspona frekvencije od 3.7 do 12 MHz, otvor ravnine skeniranja maksimalno 39 mm. Minimalno 128 kristalnih elemenata. Podržava automatsku optimizaciju slike u 2D i Doppler načinima rada
1.41.	Mogućnost nadogradnje:	Mogućnost nadogradnje:
1.42.	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kardioloških pregleda sa mjerenjima i kalkulacijama	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kardioloških pregleda sa mjerenjima i kalkulacijama
1.43.	Mogućnost nadogradnje TEE sondom s minimalno 2500 kristalnih elemenata za korištenje u adultnoj ehokardiografiji	Mogućnost nadogradnje TEE sondom s minimalno 64 kristalnih elemenata za korištenje u adultnoj ehokardiografiji
1.44.	Mogućnost nadogradnje linearnom sondom oblika hokejske palice („hockey stick“) frekvencijskog raspona minimalno 7 MHz do 15 MHz.	Mogućnost nadogradnje linearnom sondom frekvencijskog raspona minimalno 7 MHz do 15 MHz.
1.45.	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kontrastnih pretraga vaskularnog sustava	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kontrastnih pretraga vaskularnog sustava
1.46.	Mogućnost nadogradnje volumetrijskom linearnom ultrazvučnom sondom frekvencijskog raspona od minimalno 5 MHz do 13 MHz ili više	BRISATI
2.	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*

Odgovor naručitelja na Grupu 3. Dijagnostički UZV uređaj za potrebe neurologije kako slijedi:

Stavka 1.2.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.3.**Naručitelj odgovara:****Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.****Stavka 1.4.****Naručitelj odgovara:****Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da pomicanje kontrolne ploče u više smjerova omogućava lakši i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.5.**Naručitelj odgovara:****Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.6.**Naručitelj odgovara:****Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.**

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da istodobni prikaz slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.7.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.8.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.9.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.10.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.11.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom

subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Klinički, frekvencijski raspon uređaja direktno utječe na funkcionalnost uređaja (povećava se mogućnost izvođenja više različitih pretraga na istom uređaju). Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.12.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Frekvencija osvježenja slike u 2D modu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.13.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je veći broj fokalnih zona značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.14.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.15.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu

objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da dubina prikaza ultrazvučne slike direktno utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, posebno kod pretilih pacijenata s visokim BMI (Body mass index) te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.16.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.17.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.18.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.19.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.20.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.21.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.22.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.23.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih

subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.24.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.25.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno Članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.26.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom

promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.27.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenom te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.28.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.29.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenom te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.30.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.31.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.32.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da bi tražena promjena utjecala na sigurnost i funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.33.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.34.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.35.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.36.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.37.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.38.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.39.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.40.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.42.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.43.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.44.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom

promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.45.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.46.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 2.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

5) Grupa 4. UZV uređaj za pedijatrijsku

Red. Broj	Trenutna specifikacija	Predložena specifikacija
1.	UZV pedijatrijski	UZV pedijatrijski
1.1.	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav, mali organi, MSK, pedijatrijska ehokardiografija, adultna eho kardiografija	Kliničke aplikacije: abdomen, vaskularni sustav, mali organi, MSK, pedijatrijska ehokardiografija, adultna eho kardiografija
1.2.	LCD monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°	LCD ili LED monitor dijagonale min. 21,5". Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 170°

1.3.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja: po visini i lijevo / desno.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja po visini
1.4.	Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.	Integrirani ekran u boji za upravljanje uređajem dijagonale min. 10,4", osjetljiv na dodir.
1.5.	Istodobni prikaz ultrazvučne slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir kao i mogućnost prikaza u stvarnom vremenu 2D, Color Doppler i PW Doppler (tzv. triplex moda) na ekranu osjetljivom na dodir.	Prikaz ultrazvučne slike na monitoru, triplex mod
1.6.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde. 1 priključak za neslikovnu "pencil" (olovka) sondu.	Minimalno 4 aktivna priključka za slikovne sonde. 1 priključak za neslikovnu "pencil" (olovka) sondu.
1.7.	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne, mehaničke volumetrijske (konveksne i linearne), TEE ultrazvučne sonde	Podržava sonde: sektorske (adultne i pedijatrijske), linearne, konveksne, mikrokonveksne, TEE ultrazvučne sonde
1.8.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.000.000 procesnih kanala.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 172.000 procesnih kanala.
1.9.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 266 dB ili više.
1.10.	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 22 MHz ili šire.	Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 16 MHz ili šire.
1.11.	Max. frekvencija osvježanja slike u 2D i 2D/CFI/Doppler modovima min. 1900 sl/sek.	Max. frekvencija osvježanja slike u 2D modu min. 490 sl/sek.
1.12.	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 8 fokalnih zona	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 4 fokalnih zona
1.13.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.	Prošireni prikaz kod linearnih sondi.
1.14.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 40 cm ili više.	Mogućnost dubine prikaza slike: min. od 1 do 30 cm ili više.
1.15.	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojani Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), PW dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler), HPRF	Načini prikaza: 2D, M prikaz, "THI - Tissue Harmonic" (harmonični prikaz), "Color Doppler" (obojani Doppler), Power Doppler i direkcijski Power Doppler, "PW Doppler" (pulsni Doppler), dupleks i tripleks, "CW Doppler" (kontinuirani Doppler)
1.16.	Dual prikaz slike - 2D/2D, 2D/CD, CD/CD, CD/Power Doppler	Dual prikaz slike

1.17.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 5 nivoa optimizacije.	„Speckle“ redukcija artefakata (ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), dostupno u B modu na svim traženim sondama. Minimalno 3 nivoa optimizacije.
1.18.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija. Korištenje u kombinaciji s dupleks Doppler snimanjem, panoramskim snimanjem, THI, trapezoidalnom prikazu. Dostupno u radu sa svim traženim sondama.	Višesmjerno skeniranje ("compounding" ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju), s min. 9 linija ili min. 7 kuteva upravljanja
1.19.	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici ili kino slici. Uvećanje slike min. 10x ili više.
1.20.	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZ U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PS/ED, PI, RI, srčana frekvencija). Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici). Vaskularna izvješća.	PW Doppler / pulsni Doppler: PRF raspon minimalno 200 Hz - 19500 HZ U Doppler modovima min. brzina osvježavanja 180 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu (PS, ED, PI, RI). Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku Vaskularna izvješća.
1.21.	U CW Doppler načinu rada prikaz brzine od minimalno 28 m/s	U CW Doppler načinu rada prikaz brzine od minimalno 30 cm/s
1.22.	Automatska korekcija artefakata (tkivnih aberacija) u penetracijskim načinima.	BRISATI
1.23.	Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) i TGC u stvarnom vremenu u 2D, M-mode i 3D načinima rada (podešavanje svake sličice pojedinačno) za postizanje optimalne svjetlosti tkiva	Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) u stvarnom vremenu u 2D, M-mode i 3D načinima rada

1.24.	Prikupljanje, pohranjivanje u lokalnu memoriju i prikazivanje u stvarnom vremenu i dupleks prikazima minimalno 2200 2D i kolor Doppler sličica, 60 sekundi Doppler i M-mode podataka te minimalno 48 sekundi prikaza u CW načinu rada. Mogućnost kontinuirane akvizicije signala minimalno 9 minuta; mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.	Mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala.
1.24.1.	Automatska optimizacija Doppler toka u vaskularnim aplikacijama pri korištenju linearnih sonde uz automatsko podešavanje pozicije i kuta površine uzorkovanja („color box“) kao i automatsko namještanje veličine i položaja prozora uzorkovanja („sample volume“) i kuta prozora uzorkovanja u PW načinu rada	BRISATI
1.24.2.	Priključci: Display port ili HDMI video izlaz, Ethernet, USB	Priključci: Display port ili HDMI ili DVI video izlaz, Ethernet, USB
1.25.	Hard disk/SSD memorija min. 500 GB	Hard disk/SSD memorija min. 500 GB
1.26.	Proaktivno praćenje parametara uređaja s mogućnošću alarmiranja u slučaju nepravilnih vrijednosti: napona, temperature, brzina ventilatora, pogreški sustava	Proaktivno praćenje parametara uređaja
1.27.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.	Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD/SSD, DVD(RW) i USB memoriju.
1.28.	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer (širine papira 110 mm)	Standardni crno bijeli termalni medicinski printer (širine papira 110 mm)
1.29.	Integrirana baterija i UPS sustav za transportni način rada; u transportnom načinu omogućuje izvor energije minimalno 30 minuta	Integrirana baterija koja omogućuje izvor energije minimalno 30 minuta
	Uputstva za upotrebu dostupna u jednom koraku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.	Uputstva za upotrebu dostupna u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
1.30.	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB	Glasnoća uređaja maksimalno 52 dB
1.31.	Potrošnja snage < 500 W	Potrošnja snage < 610 W
1.32.	Držači za kablove sonde s elastičnim nastavcima za sprječavanje oštećenja kablova	Držači za kablove sonde
1.33.	Podržava slikovne sonde izrađene u single crystal tehnologiji	BRISATI
1.34.	Multifrekventne sonde s konektorom bez igličastih kontakata-pinova:	Multifrekventne sonde

	Sektorska sonda: Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 2 do 4 MHz, vidno polje skeniranja minimalno 90°. Minimalno 80 kristalnih elemenata. Podržava 2D, PW i CW Doppler, color Doppler, tkivni Doppler.	Sektorska sonda: Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 2 do 4 MHz, vidno polje skeniranja minimalno 90°. Minimalno 64 kristalnih elemenata. Podržava 2D, PW i CW Doppler, color Doppler, tkivni Doppler.
1.35.	Sektorska sonda:Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 3 do 8 MHz, Minimalno 96 kristalnih elemenata. Podržava 2D, PW i CW Doppler, color Doppler, tkivni Doppler.	Sektorska sonda:Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 4 do 8 MHz, Minimalno 64 kristalnih elemenata. Podržava 2D, PW i CW Doppler, color Doppler, tkivni Doppler.
1.36.	Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 6 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 95°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.	Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 5 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 66°, sa podržanim modom Color Doppler.
1.37.	Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine max.38 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.	Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine max.39 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.
1.38.	Mogućnost nadogradnje:	
1.39.	Mogućnost nadogradnje TEE sondom s minimalno 2500 kristalnih elemenata za korištenje u adultnoj ehokardiografiji	Mogućnost nadogradnje TEE sondom s minimalno 64 kristalnih elemenata za korištenje u adultnoj ehokardiografiji
1.40.	Mogućnost nadogradnje linearnom sondom oblika hokejske palice („hockey stick“) frekvencijskog raspona minimalno 7 MHz do 15 MHz.	Mogućnost nadogradnje linearnom sondom frekvencijskog raspona minimalno 7 MHz do 15 MHz.
1.41.	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kontrastnih pretraga vaskularnog sustava	Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kontrastnih pretraga vaskularnog sustava
1.42.	Mogućnost nadogradnje volumetrijskom linearnom ultrazvučnom sondom frekvencijskog raspona od minimalno 5 MHz do 13 MHz ili više	BRISATI
2.	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*	Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Naručitelja u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.*

Odgovori i objašnjenja naručitelja na Grupu 4. UZV uređaj za pedijatrijsku kako slijedi:

Stavka 1. UZV pedijatrijski

Stavka 1.1.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.2.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.3.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da pomicanje kontrolne ploče u više smjerova omogućava lakši i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.4.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.5.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih

subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da istodobni prikaz slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.6.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.7.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenju te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.8.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.9.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.10.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Klinički, frekvencijski raspon uređaja direktno utječe na funkcionalnost uređaja (povećava se mogućnost izvođenja više različitih pretraga na istom uređaju). Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.11.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Frekvencija osvježenja slike u 2D modu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.12.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je veći broj fokalnih zona značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.13.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.14.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da dubina prikaza ultrazvučne slike direktno utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, posebno kod pretilih pacijenata s visokim BMI (Body mass index) te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.15.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.16.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.17.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.18.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom

promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.19.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.20.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.21.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom/brisanjem dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.22.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.23.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.24.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.24.1.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.24.2.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenju te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.25.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.26.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenju te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.27.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.28.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.29.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka (ispod broja 1.29. bez broja) sa tekstom u troškovniku kako slijedi:

„Uputstva za upotrebu dostupna u jednom koraku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.“

Tražena izmjena:

„Uputstva za upotrebu dostupna u elektronskom formatu na ekranu uređaja.“

Naručitelj odgovara:

Prihvaća se tražena izmjena te će se ista unijeti u troškovnik.

Stavka 1.30.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.31.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.32.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka 1.33.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.34.

Naručitelj odgovara:

Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.

Stavka: „Sektorska sonda: Širokopoljaska sektorska sonda raspona frekvencije od 2 do 4 MHz, vidno polje skeniranja minimalno 90°. Minimalno 80 kristalnih elemenata.

Podržava 2D, PW i CW Doppler, color Doppler, tkivni Doppler.“

Tražena izmjena: „Sektorska sonda: Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 2 do 4 MHz, vidno polje skeniranja minimalno 90°. Minimalno 64 kristalnih elemenata. Podržava 2D, PW i CW Doppler, color Doppler, tkivni Doppler.“

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.35.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.36.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom

promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.37.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.39.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.40.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 1.41.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

Stavka 1.42.

Naručitelj odgovara:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da tražene izmjene utječe na kliničku funkcionalnost uređaja, te da bi se traženom promjenom znatno smanjila klinička funkcionalnost traženog predmeta nabave. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Stavka 2.

Naručitelj odgovara:

Stavka u predloženoj specifikaciji ista je kao stavka koju je naručitelj tražio.

VI. Gospodarski subjekt postavlja upit kako slijedi u dijelu dokumentacije o nabavi kako slijedi:

„PREDMET: Prijedlog izmjene dokumentacije o nabavi u postupku savjetovanja za predmet nabave: „Nabava medicinske opreme br. 5, 11 grupa“, evidencijski broj nabave: VN-08/19

Poštovani,

- 1) u točki **4.3.2.** Dokumentacije o nabavi, kod dokaza tehničke i stručne sposobnosti, određeno je: ***Iznimno, neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda koje se ne nalaze u katalogu, prospektu, opisu fotografiji proizvoda moraju biti dokazane izjavom i/ili potvrdom proizvođača medicinskog proizvoda ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU ili ovlaštenog distributera u kojoj će biti nedvojbeno točne karakteristike nuđene robe koja je ponuđena, a koja je tražena troškovnikom po grupama predmetne nabave.***

Sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima, pripadajućim podzakonskim propisima, te regulativi Europske unije, jedino proizvođač medicinskog uređaja i njegov ovlašteni zastupnik za EU, ovlašteni su davati relevantne izjave u pogledu proizvoda, kako o okolnostima koje se odnose na pravni promet proizvoda, tako i o okolnostima koje se odnose

na njegova tehnička svojstva. Slijedom toga, kako bi dokaz u predmetnom postupku nabave koji se odnosi na tehnička svojstva proizvoda imao relevantnu pravnu snagu, te kako bi se izbjegla njegova potencijalna falsificiranja, molimo da navedeni uvjet u kojem se dopušta dostava izjave ovlaštenog distributera kojom bi se ta svojstva dokazala briše. Naime, temeljem recentnih iskustva u sustavu javne nabave (izvor: www.dkom.hr) vidljivo je da se dokazi o tehničkim karakteristikama ponuđenih uređaja često lažiraju, te bi se na ovaj način postigla veća razina sigurnosti i autentičnosti dokaza. Također, uobičajeno se na tržištu javne nabave RH traži isključivo izjava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika za EU (izvor: EOJN RH), te bi se na ovaj način predmetna dokumentacija uskladila sa relevantnom praksom.“

- **Odgovor i objašnjenje naručitelja na upit 1:**

„Prijedlog za izmjenom točke 4.3.2. dokumentacije o nabavi se ne prihvaća.

Naručitelj je pri izradi dokumentacije o nabavi poštovao između ostalih načela javne nabave iz članka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i načelo jednakog tretmana te se navedenim dokazom ne ograničava tržišno nadmetanje već je dana šira mogućnost da se na javno nadmetanje mogu javiti i ovlašteni distributeri medicinskog proizvoda u kojoj će biti nedvojbeno točne karakteristike nuđene robe koja je ponuđena, a koja je tražena troškovnikom po grupama predmetne nabave kako je traženo točkom 4.3.2. dokumentacije o nabavi. Naručitelj ne ograničava javno nadmetanje traženim dokazom te se stoga zahtjev za izmjenom ne prihvaća.

- 2) Nadalje, iz istog razloga kao i za prethodnu točku 4.3.2., kako bi se izbjegla eventualna potencijalna falsificiranja, moli se Naručitelj da za **točku 4. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) Dokumentacije za nadmetanje** doda sljedeće:

„Ažurirane popratne dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenj preslici putem EOJN RH. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.“

Naručitelj odgovara:

Traženo je već navedeno u dokumentaciji o nabavi u točki 3.2. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje kako slijedi: „Ažurirane popratne dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenj preslici putem EOJN RH. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.“

VII: Gospodarski subjekt poslao je upite za GRUPU 2 UZV za internu i GRUPU 5 UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezije:

Gospodarski subjekt postavlja upit za grupe 2 i 5 kako slijedi:

Molimo izmjenu sljedećih stavki tehničke specifikacije:

GRUPA PREDMETA NABAVE: 2: UZV aparat za internu

Red.broj	OPIS	Red.broj	IZMJENA
1.3.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja: po visini i lijevo / desno.	1.3.	Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja: po visini.
1.4.	Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 12", osjetljiv na dodir.	1.4.	Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 10", osjetljiv na dodir.
1.8.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 4.000.000 procesnih kanala.	1.8.	Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 170.000 do max. 4.000.000 procesnih kanala.
1.9.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 280 dB ili više.	1.9.	Ukupni dinamički raspon sustava min. 266 dB ili više.
1.10.	Max. frekvencija osvježanja slike u 2D modu min. 1900 sl/sek.	1.10.	Max. frekvencija osvježanja slike u 2D modu min. 490 sl/sek.
1.11.	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 8 fokalnih zona.	1.11.	Mogućnost automatskog dinamičkog fokusiranja. Min. 4 fokalnih zona.
1.19.	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 16x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa	1.19.	Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 10x ili više. Zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa
1.20.	PW Doppler / pulsni Doppler:PRF raspon minimalno 200 Hz - 32000 HZU Doppler modovima min. brzina osvježavanja 1900 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).	1.20.	PW Doppler / pulsni Doppler:PRF raspon minimalno 200 Hz - 19500 HZU Doppler modovima min. brzina osvježavanja 490 sličica u sekundi U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više. Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku (podešava: baznu liniju, PRF u živoj slici).
1.31.	Multifrekventne sonde s konektorom bez igličastih kontakata-pinova:	1.31.	Multifrekventne sonde:

1.32.	Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 6 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 95°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.	1.32.	Konveksna sonda: Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 2 MHz do 5 MHz, sa min. 128 elemenata, vidnog polja od 66° - 95°, sa podržanim modovima HPRF, Power Doppler, Color Doppler.
1.33.	Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine max.38 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.	1.33.	Linearna sonda: Multifrekventna linearna sonda, frekvencijskog raspona od 4 MHz do 12 MHz, sa min. 128 kristalnih elemenata, širine min.38 mm. Podržava korištenje biopsijskih nastavaka.

Odgovor i objašnjenje naručitelja na upite za GRUPU 2: UZV aparat za internu kako slijedi:

1) Red. broj 1.3.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da pomicanje kontrolne ploče omogućava lakši i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

2) Red. broj 1.4.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da veći ekran u boji omogućava lakši, pregledniji i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

3) Red. broj 1.8.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih

subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Broj digitalnih kanala direktno utječe na brzinu procesiranja ultrazvučne slike i podataka. Naručitelj smatra da veći broj ukupnih digitalnih kanala izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

4) Red. broj 1.9.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da ukupni dinamički raspon izravno utječe na funkcionalnost sustava i kvalitetu dijagnostike. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

5) Red. broj 1.10.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Frekvencija osvježenja slike u 2D modu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

6) Red. broj 1.11.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je veći broj fokalnih zona značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

7) Red. broj 1.19.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da je mogućnost povećanja ultrazvučne slike (zoom) značajan parametar u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

8) Red. broj 1.20.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Veći raspon i min. brzina osvježavanja značajno utječu na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

9) Red. broj 1.31.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

„Naručitelj prihvaća izmjenu te će ista biti unesena u troškovnik.“

10) Red. broj 1.32.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Širi frekvencijski raspon i vidno polje značajno utječu na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

11) Red. broj 1.33.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbena, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Širina otvora skeniranja značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Nadalje, isti gospodarski subjekt postavlja upit za GRUPU 5 kako slijedi:

GRUPA PREDMETA NABAVE 5: UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezije

Red.broj	OPIS	Red.broj	IZMJENA
1.2.	Osnovna jedinica mase maksimalno 65 kg radi bolje pokretljivosti.	1.2.	Osnovna jedinica mase maksimalno 65 – 75 kg radi bolje pokretljivosti.
1.3.	Upravljačka ploča podesiva po visini, uz mogućnost zakretanja lijevo/desno	1.3.	Upravljačka ploča podesiva po visini.
1.10.	Frekvencija osvježavanja slike (frame rate) minimalno 740 okvira u sekundi	1.10.	Frekvencija osvježavanja slike (frame rate) minimalno 490 okvira u sekundi
1.14.	Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color Doppler i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza spektra pulsog vala.	1.w14.	Prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modu. Mogućnost prikaza spektra pulsog vala.
1.15.	Usmjereni superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color Doppler i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza spektra pulsog vala.	1.15.	Prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modu. Mogućnost prikaza spektra pulsog vala.
1.24.1.	B-Mod: minimalno 12000 okvira	1.24.1.	B-Mod: minimalno 2700 okvira
1.38.	Raspon brzina, min.: -3,50 m/s do 0 ili 0 do 3,50 m/s	1.38.	Raspon brzina, min.: -2,40 m/s do 0 ili 0 do 2,40 m/s
1.43.1.	PW: -7 m/s do 0 ili 0 do 7 m/s	1.43.1.	PW: -3,50 m/s do 0 ili 0 do 3,50 m/s

1.43.2.	CW: -15,8 m/s do 0 ili 0 do 15,8 m/s	1.43.2.	CW: -6,50 m/s do 0 ili 0 do 6,50 m/s
1.44.1.	PW: 0,3 do 20 kHz	1.44.1.	PW: 0,3 do 19,5 kHz
1.44.2.	CW: 1,3 do 41 kHz	1.44.2.	CW: 1,3 do 34 kHz

Odgovor i objašnjenje naručitelja na upite za GRUPU 5: UZV uređaj za izvođenje regionalne anestezije

1) Red. broj 1.2.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Aparat mora biti lagan i pokretljiv, jer će se isti koristiti na više radnih mjesta unutar istog Odjela. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.“

2) Red. broj 1.3.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Naručitelj smatra da pomicanje kontrolne ploče omogućava lakši i jednostavniji svakodnevni rad na aparatu. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

3) Red. broj 1.10.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Frekvencija

osvježenja slike u 2D modu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

4) Red. broj 1.14.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Superosjetljivi mod značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

5) Red. broj 1.15.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Usmjereni superosjetljivi mod značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

6) Red. broj. 1.24.1.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Više okvira značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

7) Red. broj 1.38.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Širi raspon brzina značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

8) Red. broj 1.43.1.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Širi raspon brzina u PWu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

9) Red. broj 1.43.2.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Širi raspon brzina u CWu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

10) Red. broj 1.44.1.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Donja granica frekvencije direktno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

11) Red. broj 44.2.

Odgovor i objašnjenje naručitelja:

Zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje se ne prihvaća.

Sukladno članku 203. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Tražena specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Predmet nabave je opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način te osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Stopa analize u CWu značajno utječe na kvalitetu ultrazvučne dijagnostike, posebno kod tehnički zahtjevnih pacijenata. Sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Izvješće se objavljuje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave u Narodnim novinama.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave