



Ur.Broj: 01-3704/13/2019  
Čakovec, 07.01.2020.

## IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PONOVLJENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**1. Naziv i OIB naručitelja:**

Županijska bolnica Čakovec  
Ivana Gorana Kovačića 1e  
40 000 Čakovec  
OIB: 83506206752

**2. Evidencijski broj nabave:**

MN-35/19

**3. Predmet nabave:**

Nabava nemedicinske i medicinske opreme br. 2

**4. Datum početka prethodnog savjetovanja:**

20.12.2019.

**5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:**

27.12.2019.

**6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:**

Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U nastavku se navode prijedlozi i primjedbe zaprimljeni od zainteresiranih gospodarskih subjekata te odgovori Naručitelja.

**Prijedlog br. 1.**

Molimo izmjenu za stavku 1.

PARAVAN Redni broj 1.3.

U tehničkom opisu se traži - "Aluminijski okvir"

Kako bi se moglo javiti više renomiranih ponuditelja, molimo izmjenu opisa na način da glasi:

„ Aluminijski ili kromirani okvir“

**Odgovor br. 1.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

**Prijedlog br. 2.**

GRUPA 12. MOBILNA KOLICA ZA LIJEKOVE I ANESTEZIOLOŠKI MATERIJAL

Molimo izmjenu za stavku 1. MOBILNA KOLICA ZA LIJEKOVE I ANESTEZILOŠKI MATERIJAL

Redni broj 1.4.

U tehničkom opisu se traži - "Dimenzije kolica: (minimalno): dužina 80 cm, širina 70 cm, visina 170 cm"

Kako bi se moglo javiti više renomiranih ponuditelja, molimo izmjenu opisa na način da glasi:

**"Dimenzije kolica: (minimalno): dužina 80 cm, širina 60 cm, visina 170 cm"**

**Odgovor br. 2.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

**Prijedlog br. 3.**

GRUPA 19. KOLICA ZA TRANSPORT

Molimo izmjenu za stavku 1. MOBILNA KOLICA ZA LIJEKOVE Redni broj 2.7.

U tehničkom opisu se traži – „Kolica su opremljena ABS kantom za otpad“.

Molimo izmjenu opisa na način da glasi:

**„Kolica su opremljena ABS kantom za otpad i gornjom sekcijom sa dva reda izvlačnih plastičnih posuda ( minimalno 9 komada)“**

U stavci 2.5. koja glasi : Dimenzija kolica minimalno: dužina 67 cm, širina 48 cm, visina 170 cm, tražena je visina od 170 cm koja se postiže samo gornjom sekcijom sa dva reda izvlačnih plastičnih posuda.

Molimo izmjenu za stavku 3. Kolica za instrumente s 3

police Redni broj 3.2.

U tehničkom opisu se traži – „ 2 police dimenzija minimalno 60x40xcm sa povišenim rubovima“. Molimo izmjenu opisa na način da glasi:

„3 police dimenzija minimalno 60x40xcm sa povišenim rubovima.“ Tražena su kolica sa 3 police.

**Odgovor br. 3.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

**Prijedlog br. 4.**

**GRUPA 3. TLAKOMJERI**

**Stavka 1. Tlakomjeri**

**Točka 1.5. Potvrđen od Britanskog društva za hipertenziju – BHS-a,**  
predlažemo izmjenu:

**Točka 1.5. Potvrđen od Europskog društva za hipertenziju – ESH-a**

**POJAŠNJENJE:** Načelno izmjena je minimalna jer oba društva imaju usklađene smjernice, ali dio europskih proizvođača (npr. iz Njemačke) u katalozima navode da su tlakomjeri u skladu s ESH (European Society of Hypertension) smjernicama. Na kraju i RH je dio EU pa sukladno tome pretpostavljamo da bi bilo uputno se referirati na EU smjernice, pravilnike i sl. Prihvaćanjem izmjene ne utječete na zahtjev struke, a

omogućujete ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom nadmetanju.

#### **Stavka 2. Tlakomjeri**

**Točka 2.1. Klinički testiran prema BHS protokolu: A/A**  
predlažemo izmjenu:

#### **Točka 2.1. Potvrđen od Europskog društva za hipertenziju – ESH-a**

**POJAŠNJENJE:** Kao i kod prethodne točke smatramo da tlakomjer mora biti u skladu s ESH smjernicama. U koliko je tlakomjer potvrđen od ESH-a to znači da zadovoljava sve smjernice zadane od strane struke. Od točnosti mjerjenja, ponovljivosti, indikacija ... itd. Prihvaćanjem izmjene ne utječete na zahtjev struke, a omogućujete ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom nadmetanju.

**Točka 2.3. MAM 3 tehnologija: 3 uzastopna mjerjenja i prikaz prosječnog rezultata,**  
predlažemo izmjenu:

#### **Točka 2.3. Brisanje točke.**

**POJAŠNJENJE:** Kao što smo naveli u točki 2.1. za tlakomjer se zahtjeva da je u skladu s ESH smjernicama (ili BHS). Samim time tlakomjer ne može dobiti potvrdu navedenih asocijacija u koliko ne zadovoljava što je određeno u smjernicama za određeni tip tlakomjera (u ovom slučaju digitalni tlakomjer). Zato predlažemo brisanje točke. Također naziv „MAM3“ tehnologija je komercijalni naziv jednog proizvođača, a što nije u skladu niti dozvoljeno prema ZJN (NN120/16, čl.210. st.1.) i može vam kasnije stvarati probleme u mogućoj kontroli postupka od strane SAFU-a. Prihvaćanjem prijedloga i brisanjem točke ne utječete na zahtjev struke, a omogućujete ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom nadmetanju.

**Točka 2.4. Gentle+ tehnologija za nježno napuhivanje i ispuhivanje manžete,**  
predlažemo izmjenu:

#### **Točka 2.1. Brisanje točke.**

**POJAŠNJENJE:** Kao što smo naveli u prethodnoj točki (2.3.) i ovdje se radi o komercijalnom nazivu ( Gentle+) jednog proizvođača, tako da je pojašnjenje jednakost kao i za točku 2.3.

### **Odgovor br. 4.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvaća.

### **Prijedlog br. 5.**

#### **GRUPA 4. STALAK ZA INFUZIJSKE PUMPE**

**Stavka 1. Stalak za infuzijske pumpe Točka 1.3. Dijametar 33,7/25 mm**  
predlažemo izmjenu:

#### **Točka 1.3. Dijametar 33,7/25 mm, +/-5%**

**POJAŠNJENJE:** Mala tolerancija na mjere koja nema utjecaj na funkcionalnost ali ne stvara probleme potencijalnim ponuditeljima u potvrdi tražene specifikacije.

**Točka 1.6. 5 Kotača Ř 80 mm, ±10% (2 antistatička s kočnicama)**  
predlažemo izmjenu:

#### **Točka 1.6. 5 Kotača projera od 50 do 80 mm, (2 antistatička s kočnicama)**

**POJAŠNJENJE:** Predložili smo izmjenu jer na postolju s 5 krakova od stalka za infuziju / infuzijske pumpe gotovo su standard kotači promjera 50 mm. U našoj praksi unazad 30 godina

(od kad postoji tvrtka) rijetko ili se čak nikad nismo našili na kotače navedenog promjera za navedene stalke. Zato smo predložili izmjenu koja je u skladu s ponudom većine proizvođača. Vaš zahtjev je ostao, ali je proširen. Prihvatanjem izmjene ne utječete na zahtjev struke, a omogućujete ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom nadmetanju.

#### **Odgovor br. 5.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

#### **Prijedlog br. 6.**

##### **GRUPA 5. PARAVAN**

###### **Stavka 1. Paravan**

###### **Točka 1.3. Aluminijski okvir**

predlažemo izmjenu:

###### **Točka 1.3. Aluminijski ili kromirani okvir**

**POJAŠNJENJE:** Mala nadopuna koja nema utjecaj na funkcionalnost ali prihvatanjem omogućujete ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom nadmetanju.

#### **Odgovor br. 6.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

#### **Prijedlog br. 7.**

##### **GRUPA 6. OTOSKOP**

###### **Stavka 1. Otoskop**

###### **Točka 1.3. Napajanje: 2 baterije 1,5V tip C**

predlažemo izmjenu:

###### **Točka 1.3. Napajanje: 2 baterije 1,5V tip C ili tip AA**

**POJAŠNJENJE:** Mala nadopuna koja nema utjecaj na funkcionalnost ali prihvatanjem ne stvara probleme potencijalnim ponuditeljima. Odnosno, C tip baterije koristi se kad su otoskopi s običnom ili ksenon žaruljicom iz razloga veće potrošnje struje i zato je bitan kapacitet baterije. Otoskopi s LED osvjetljenjem koriste baterije manjeg kapaciteta ( npr. AA) jer je potrošnja struje uveliko manja u odnosu na osvjetljenje s ksenon žaruljicom. U svakom slučaju LED tehnologija sve više prevladava i u ovom području jer postiže se jaka iluminacija s LED-om kao i s ksenon svjetлом, a ekonomski prednost je neupitna u korist LED-a.

#### **Odgovor br. 7.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

#### **Prijedlog br. 8.**

##### **GRUPA 9. STETOSKOPI PROFESIONALNI PEDIJATRIJSKI**

###### **Stavka 1. Stetoskopi profesionalni**

###### **pedijatrijski Točka 1.6. Podesiva**

###### **dijafragma**

predlažemo izmjenu:

###### **Točka 1.6. Brisanje točke.**

**POJAŠNJENJE:** Kako se radi o standardnom stetoskopu, s dva zvona, za pedijatriju,

nije nam jasan zahtjev „podesiva dijafragma” jer takav stetoskop ili takav zahtjev u našoj dugogodišnjoj praksi nismo našli. Možda se mislilo s mogućnošću izmjene dijafragme ? To je moguće jer uz svaki ozbiljniji stetoskop isporučuje se rezervna dijafragma. Ako je naručitelj mislio na to i desila se pogreška pri upisu, predlažemo da navede takav zahtjev. Suprotno od toga molimo da obriše ovu točku zahtjeva.

#### **Odgovor br. 8.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

#### **Prijedlog br. 9.**

#### **GRUPA 12. MOBILNA KOLICA ZA LIJEKOVE I ANESTEZIOLOŠKI MATERIJAL**

##### **Stavka 1. Mobilna kolica za lijekove i anesteziološki materijal**

**Točka 1.5. Kolica su opremljena sa 5 ladica: 1 ladica visine minimalno 10 cm, 2 ladice**

**visine minimalno 15 cm i 2 ladice visine minimalno 20 cm**

predlažemo izmjenu:

**Točka 1.5. Kolica su opremljena sa 5 ladica: 1 ladica visine minimalno 10 cm, 2 ladice**

**visine minimalno 15 cm i 2 ladice visine minimalno 20 cm ili s 4 ladice: 3 ladice visine**

**minimalno 15 cm, 1 ladica visine minimalno 22 cm**

**POJAŠNJENJE:** Na tržištu postoji veći broj proizvođača za kolica koja su predmet ove stavke. To su isto kolica za lijekove i anesteziološki materijal i svi proizvođači pri izradi primjenili su standarde, iskustva, praksu i praktične savjete osobljia kojima su kolica namijenjena. Iz tog razloga predlažemo da proširite vaš zahtjev i time omogućite većem broju ponuditelja da ponude adekvatne proizvode u skladu s zahtjevom. Sigurno s većim brojem ponuda, s više praktičnih rješenja kolica dobivate na boljem pregledu i izboru ponuda, odnosno proizvoda. Predložena izmjena je u skladu sa strukom, s postojećim rješenjima ostalih proizvođača i koja omogućuje većem broju gospodarskih subjekata sudjelovanje na ovom nadmetanju.

#### **Odgovor br. 9.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

#### **Prijedlog br. 10.**

#### **GRUPA 14. REFLEKTOR ZA PREGLEDE**

##### **Stavka 1.**

**Reflektor za**

**preglede Točka**

**1.2. 5.500 K**

predlažemo izmjenu:

**Točka 1.2. Temperatura boje svjetla od 4.000°K do 5500°K**

**POJAŠNJENJE:** Temperatura boje svjetla koja je prihvatljiva za male pregledne reflektore kreće se od 4.000 stupnjeva Kelvina do 5.500-6.000 stupnjeva Kelvina (°K) i u tom rasponu proizvođači nude takve reflektore. Manja vrijednost temperature boje svjetla daje više „toplije svjetlo” a viša temperatura boje daje više „hladnije svjetlo” pri čemu termini „hladno” i „toplo” svjetlo odnosi se na ljudski doživljaj, kako vizualno osjećamo to svjetlo. Predložena izmjena je u skladu sa strukom, s postojećim rješenjima ostalih proizvođača, a vašim prihvatanjem predložene izmjene omogućuje većem broju gospodarskih subjekata sudjelovanje na ovom nadmetanju.

### **Odgovor br. 10.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

### **Prijedlog br. 11.**

#### **GRUPA 19. KOLICA ZA TRANSPORT**

##### **Stavka 2. Mobilna kolica za lijekove**

**Točka 2.6. Kolica su opremljena sa 5 ladica: 1 ladica visine minimalno 10 cm, 2 ladice visine minimalno 15 cm i 2 ladice visine minimalno 20 cm,**  
predlažemo izmjenu:

**Točka 2.6. Kolica su opremljena sa 5 ladica: 1 ladica visine minimalno 10 cm, 2 ladice visine minimalno 15 cm i 2 ladice visine minimalno 20 cm ili s 4 ladice: 3 ladice visine minimalno 15 cm, 1 ladica visine minimalno 22 cm**

**POJAŠNJENJE:** Kao što smo već pojasnili u Grupi 12 za stavku 1.5., ovdje je pojašnjenje jednako: Na tržištu postoji veći broj proizvođača za kolica koja su predmet ove stavke. To su isto kolica za lijekove i svi proizvođači pri izradi primijenili su standarde, iskustva, praksu i praktične savjete osoblja kojima su kolica namijenjena. Iz tog razloga predlažemo da proširite vaš zahtjev i time omogućite većem broju ponuditelja da ponude adekvatne proizvode u skladu s zahtjevom. Sigurno s većim brojem ponuda, s više praktičnih rješenja kolica dobivate na boljem pregledu i izboru ponuda, odnosno proizvoda. Predložena izmjena je u skladu sa strukom, s postojećim rješenjima ostalih proizvođača i koja omogućuje većem broju gospodarskih subjekata sudjelovanje na ovom nadmetanju.

### **Odgovor br. 11.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

### **Prijedlog br. 12.**

#### **GRUPA 22. PREGLEDNI LEŽAJ ZA PACIJENTE**

##### **Stavka 1. Ležaj za pacijente**

##### **Točka 1.1. Konstrukcija od bojanog čelika**

predlažemo izmjenu:

**Točka 1.1. Konstrukcija od bojanog i/ili inox čelika**

**POJAŠNJENJE:** Mala nadopuna koja nema utjecaj na funkcionalnost ali prihvaćanjem omogućujete ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom nadmetanju.

### **Odgovor br. 12.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

### **Prijedlog br. 13.**

#### **GRUPA 23. NAMJEŠTAJ I NEMMEDICINSKA OPREMA**

##### **Stavka 1. Uredska stolica**

##### **Točka 1.2. Tapicirana tkanina, podizna, pokretna, okretna, sa ruko-naslonjačima i INOX konstrukcijom**

predlažemo izmjenu:

**Točka 1.2. Tapicirana tkanina, podizna, pokretna, okretna, sa ruko-naslonjačima i metalnom ili INOX konstrukcijom**

**POJAŠNJENJE:** Mala nadopuna koja nema utjecaj na funkcionalnost ali prihvaćanjem ne stvara probleme potencijalnim ponuditeljima. Odnosno, uredska stolica koja je izrađena od inox-a baš i nismo vidjeli. Kvalitetnije stolice imaju metalno postolje koje je uglavnom kromirano ili obojeno dok ostali dijelovi sjedište, naslon, rukonasloni su kombinacija metala, plastike ili drveta obloženo spužvom, presvučeno tkaninom, kožom ili umjetnom kožom s određenim metalnim dijelovima koji su kromirani ili obojeni. Zato predloženim izmjenama omogućujete ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom nadmetanju.

### **3. Bolnička fotelja**

#### **Točka 3.3. Fiksne visine minimalno 560 mm**

predlažemo izmjenu:

#### **Točka 3.3. Fiksne visine minimalno 500 mm**

#### **3.4. Trodijelna ležna ploha od HPL laminata ukupne dužine minimalno 1860 mm i ukupne širine minimalno 900mm**

predlažemo izmjenu:

#### **3.4. Trodijelna ležna ploha od HPL laminata ili od obojenih čeličnih cijevi s termoformiranom ABS plastikom, ukupne dužine minimalno 1860 mm i ukupne širine minimalno 900mm**

#### **3.9. Nožni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 45°**

predlažemo izmjenu:

#### **Nožni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 40°**

#### **Trendelenburg nagib namjestiv putem elektromotora do minimalno 10°**

predlažemo izmjenu:

#### **3.10. Trendelenburg nagib namjestiv putem elektromotora do minimalno 5°**

#### **3.15. Oslonac za noge od HPL laminata ručno namjestiv**

predlažemo izmjenu:

#### **3.15. Oslonac za noge od HPL laminata ili ojačanog ABS-a ručno namjestiv**

#### **3.21. Izolacija IP44**

predlažemo izmjenu:

#### **3.21. Zaštita IP44 ili IPX 4**

**POJAŠNJENJA:** Za ovu stavku skupno smo naveli točke za koje predlažemo izmjene. Predložene izmjene su minimalne i omogućuju većem broju ponuditelja da ponude traženi predmet nabave. U odnosu na vaše zahtjeve, naši predloženi zahtjevi omogućuju veću toleranciju za tražene točke ali nigdje ne narušavaju zahtjev struke i također nigdje ne „zaključavaju” specifikaciju koju bi mogao zadovoljiti samo jedan proizvođač odnosno ponuditelj. Predloženim izmjenama veći broj ponuditelja može ponuditi fotelju što znači veći broj ponuda, veći izbor i u konačnici to mora rezultirati

za naručitelja ekonomski boljom ponudom.

**U GRUPI 23. NAMJEŠTAJ I NEMEDICINSKA OPREMA** za točke u kojima se ponavlja isti zahtjev, a to su:

**Točka 9.2. Noge metalne, aluminijske**

**Točka 10.2 Noge metalne, aluminijske**

**Točka 12.2 Noge metalne, aluminijske**

**Točka 24.2 Noge metalne, aluminijske**

**Točka 26.2 Noge metalne, aluminijske**

predlažemo izmjene:

**Točka 9.2. Noge metalne, aluminijske ili inox**

**Točka 10.2 Noge metalne, aluminijske ili inox**

**Točka 12.2 Noge metalne, aluminijske ili inox**

**Točka 24.2 Noge metalne, aluminijske ili inox**

**Točka 26.2 Noge metalne, aluminijske ili inox**

**Odgovor br. 13.**

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se prihvata.

**Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave**