

Broj: 01-4508/4/2025
Čakovec, 12.09.2025. godine

**ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

PREDMET: „TLAKOMJERI, TOPLOMJERI, OKSIMETRI I STETOSKOPI“

-dostavlja se-

Poštovani,
objavljuje se odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta kako slijedi:

Upit:

Poštovani,
molimo Vas izmjenu tehničke specifikacije Troškovnika grupe 5. Oksimetri na način da stavka 1.6. glasi: *Raspon mjerenja SpO2: 0% - 100%, +/- 2%*, s obzirom na to da uređaji s 0-100% raspona daju širi spektar informacija i omogućuju bržu i bolju reakciju za procjenu stanja pacijenata.

Odgovor:

Traženi zahtjev za izmjenom se ne prihvaća.

Standardni raspon točnosti se mjeri od 70%-100% dok se općeniti raspon kreće od 35%-100%. Dakle, raspon mjerenja 0–100 % +/- 2% je samo tehnički podatak o tome što uređaj može prikazati odnosno definicija samo s 0–100 % +/- 2% je manjkava.

Raspon točnosti 70–100 % +/- 2% je ono što regulatorno mora postojati i što daje pravu sliku o pouzdanosti. Ispravna specifikacija mora uključivati deklarirani raspon točnosti + ARMS vrijednost, ne samo nominalni prikazani raspon.

S poštovanjem,

Odsjek za javnu nabavu, nabavu i EU fondove