

Broj: 01-4096/12/2025
Čakovec, 03.10.2025. godine

**ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Poštovani,

dana 02.10.2025 godine uputili smo Vam *Poziv za dostavom ponude* u postupku jednostavne nabave **“BATERIJE”**, ev. broj nabave: JN-08/2025, broj: 01-4096/2/2025. U roku za dostavu traženih ponuda, zaprimili smo Zahtjev za izmjenom vezano za grupu 4. Baterije za oftalmoskop i skijaskop

Zahtjev:

Predmet: Zamolba za izmjenom opisa

Baterije
Grupa 4. Baterije za oftalmoskop i skijaskop
Evidencijski broj nabave: JN-08/2025

Poštovani,

Pregledom objavljene dokumentacije za postupak jednostavne nabave: "Baterije", molimo Naručitelja da prihvati slijedeće argumente te promijeni tehnički opis:

Grupa 4 Baterije za oftalmoskop i skijaskop

Točka 1 traženo:

- Baterije NiCa 3,5V (za Heine Beta drške) Zamijeniti sa:
- Baterije NiMh 3,5V (za Heine Beta drške)

Obrazloženje:

NiCa baterije su zastarjela tehnologija i kao takve ih proizvođač više ne radi.

Zamijenile su ih novije NiMh baterije koje su superiornije, omogućavaju dulji radni vijek te veću gustoću energije.

NiMh baterije 3,5 V su kompatibilne sa HEINE punjivim drškama te kao takve zadovoljavaju prvobitno traženo.

Zahvaljujemo na Vašem vremenu.

S poštovanjem,

Odgovor:

Sukladno zaprimljenoj zamolbi, stručno povjerenstvo zaduženo za provođenje postupka, kreiranje tehničkih specifikacija i analizu pristiglih ponuda prihvaća zamolbu za izmjenu te sukladno tome **mijenja stavku u troškovniku grupe 4. Baterije za oftalmoskop i skijakop**

Rok za dostavu ponude ostaje isti te Vas molimo da traženo dostavite najkasnije **do 09.10.2025. godine do 12:00 sati** na adresu **ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1E, 40000 Čakovec – Ravnateljstvo**, odnosno, ako se ponuda dostavlja putem e-mail-a, na adresu: voditelj.nabava@bolnica-cakovec.hr ili javna-nabava@bolnica-cakovec.hr.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu