

Broj: 01-1400/4/2026  
Čakovec, 23.06.2026. godine

**ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

**PREDMET: „STERILIZATOR ZA OPERACIJSKU SALU“**

*-dostavlja se-*

Poštovani,  
u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „STERILIZATOR ZA OPERACIJSKU SALU“ evidencijskog broja nabave JN-71/2026, objavljenom na web stranicama Županijske bolnice Čakovec u roku za dostavu ponuda pristigao je upit zainteresiranog gospodarskog subjekta za pojašnjenjem predmetne dokumentacije:

**Upit:**

Poštovani,

Ljubazno Vas molimo pojašnjenje vezano za stavku redni broj 1.6.

Definirali ste kapacitet punjenja te nas zanima da li navedeno znači da su Vam prihvatljivi i uređaji koji imaju kapacitet punjenja maksimalne kapacitete punjenja manje od navedenog ili tražite uređaje čiji maksimalni kapaciteti moraju biti minimalno navedenim ili većim. Naime, postoje uređaji koji zadovoljavaju maksimalni kapacitet punjenja 5 kg instrumenata te 1,8 kg tekstila koji su manji od navedenog što zadovoljava traženo.

S poštovanjem,

**Odgovor Naručitelja:**

**Stručne osobe zadužene za definiranje tehničkih specifikacije navode:**

„Na upit gospodarskog subjekta odgovor glasi: prihvatljivi su i uređaji koji imaju volumen punjenja max. 6 kg instrumenata / 2 kg tekstila kao što je jasno definirano stavkom pod rednim brojem 1.6.“

S poštovanjem,

Odsjek za javnu nabavu, nabavu i EU fondove