

Broj: 01-3430/7/2026  
Čakovec, 07.07.2026. godine

**ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

**PREDMET: „ZAMRZIVAČ ZA SKLADIŠTENJE PLAZME“**

*-dostavlja se-*

Poštovani,  
u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „ZAMRZIVAČ ZA SKLADIŠTENJE PLAZME“ evidencijskog broja nabave JN-97/2026, u roku za dostavu ponuda pristigao je upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

**Upit:**

Poštovani,

Predlažemo da razmotrite izmjene tehničke specifikacije za Predmet nabave: zamrzivač za skladištenje plazme u sljedećim točkama:

**Redni broj 2:**

Uspravan, maksimalne dimenzije DxŠxV: 90x90x210 cm zbog prostorije

*Promjena u:*

**Uspravan, maksimalne dimenzije DxŠxV: 90x94x210 cm zbog prostorije**

**Redni broj 4:**

Direktno hlađenje Forced air

*Promjena u:*

**Vrsta hlađenja: Direktno (statičko) hlađenje ili hlađenje sa prinudnim strujanjem zraka (Forced air)**

**Redni broj 9:**

Automatsko odmrzavanje

*Promjena u:*

**Sustav odmrzavanja: Ručno (Manual defrost) ili Automatsko odmrzavanje**

*Obrazloženje:* Smatramo da navedene izmjene neće bitno utjecati na funkcionalnost uređaja, a omogućit će učešće većem broju renomiranih proizvođača, čime se povećava konkurentnost i osigurava ekonomski najpovoljnija ponuda.

## Odgovori:

### Odgovor Naručitelja broj 1:

Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom broj 1 (redni broj 2) te će sukladno pristiglom upitu izmijeniti dokumentaciju o nabavi, odnosno troškovnik te objaviti II. izmjene dokumentacije o nabavi. Rok za dostavu ponuda ostaje nepromijenjen.

### Odgovor Naručitelja broj 2:

Naručitelj ne prihvaća zahtjev za izmjenom broj 2 (redni broj 4).

Stručne osobe navode: „Inzistiramo na Forced air hlađenju zbog ujednačene temperature unutar hladnjaka, bržem oporavku temperature i manjem nakupljanju leda što je važno za čuvanje krvnih pripravaka - svježe smrznute plazme u ovom slučaju.“

### Odgovor Naručitelja broj 3:

Naručitelj ne prihvaća zahtjev za izmjenom broj 3 (redni broj 9).

Stručne osobe navode: „Ručno održavanje zahtjeva rezervni uređaj, zahtjeva fizičko isključivanje uređaja, premještanje uzoraka u zamjenski zamrzivač i dugotrajno čekanje da se led otopi. Inje smanjuje prostor i energetska učinkovitost ako se ne čisti. Kod automatskog odmrzavanja cirkulacija temperatura zraka je ravnomjernije raspoređena po komori - bitno kod skladištenja krvnih pripravaka.“

S poštovanjem,

Odsjek za javnu nabavu, nabavu i EU fondove